

Specificații tehnice										
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242				Data: „10” octombrie 2022		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023							Pagina: _ din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată	Standarde de referință	
33100 000-1	40	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent Periferic Autoexpansibil Resistant (Codul produsului: RSO05020085 RSO06020085 RSO07020085 RSO08020085 RSO05040085 RSO06040085 RSO07040085 RSO08040085 RSO05060085 RSO06060085 RSO07060085 RSO08060085 RSO05080085 RSO06080085 RSO07080085 RSO08080085 RSO05100085 RSO06100085 RSO07100085 RSO08100085 RSO05120085 RSO06120085 RSO07120085 RSO08120085 RSO05150085 RSO06150085 RSO07150085 RSO08150085 RSO05200085 RSO06200085 RSO07200085 RSO08200085)	Germania	eucatech AG	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extinse la deschiderea OBLIGATORIU. Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepartarea completa a teacii exterioare OBLIGATORIU. cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea stabilității și redarea pushabilității. Varful flexibil atraumatic în forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisa a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului. Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatica, Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 6 Fr Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre obligatorii a stentului obligatorii: 5,6,7,8 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Lungimea stentului obligatorii: 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Lungimea sistemului de livrare obligatorii, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extinse la deschiderea Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero . Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepartarea completa a teacii exterioare . cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea stabilității și redarea pushabilității. Varful flexibil atraumatic în forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisa a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului. Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatica, Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 6 Fr Dimesiuni obligatorii Diametre obligatorii a stentului obligatorii: 5,6,7,8 mm Lungimea stentului obligatorii: 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm Lungimea sistemului de livrare obligatorii, 85cm	CE	
33100 000-1	271	Capot (halat) chirurgical steril marimea XL	Capot (halat) chirurgical steril marimea XL	Standard Surgical Gown Ref. INT-60 (S-M-L-XL-XXL) AMDM - DM 000373392 DM 000373391	Turcia	TOTAL lth. lhr. ve Paz. Ltd. Șli.	1. Din material netesut - fibre de polipropilen, 2. minim 3 tipuri de fibre – SMS; 3. repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m2; 4. mâneca cusută cu laser – cusatură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, 5. se va exclude maneca cusuta cu acul; 6. lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), 7. lungimea halatului - nu mai puțin de 155 cm (±3 cm) din umeri pana la poale, 8. latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm (±3 cm); 9. ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor exclude modele neabsorbante; eticheta autocolantă a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului si data expirării; 10. indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen), 11. termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; 12. marcaj CE, certificat EN13795;mostre la solicitare. 13. Marime XL, XXL	1. Din material netesut - fibre de polipropilen, 2. SMS; repelent, minim 35 g/m2; 3. mâneca cusută cu laser – cusatură dublă – asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, 4. lungimea manecilor - ≥ 60 cm (±3 cm), 5. lungimea halatului - ≥ 155 cm (±3 cm) din umeri pana la poale, 6. latimea halatului in zona axilara - ≥ 75 cm (±3 cm); 7. ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza 8. termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; 9. marcaj CE, certificat EN13795 13. Marime XL, XXL	CE, EN 13795	
33100 000-1	351	Capot (halat) chirurgical steril	Capot (halat) chirurgical steril	Standard Surgical Gown Ref. INT-60 (S-M-L-XL-XXL) AMDM - DM 000373392 DM 000373391	Turcia	TOTAL lth. lhr. ve Paz. Ltd. Șli.	Din material netesut - fibre de poliuretan, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m2; mâneca cusută cu laser – cusatură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca cusuta cu acul; lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm); lungimea halatului 135±5 cm din umeri pana la poale, latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor exclude modele neabsorbante. Termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani. Marime XL, XXL	Din material netesut - fibre de poliuretan, - repelent, - SMS - minim 35 g/m2; - mâneca cusută cu laser – cusatură dublă – asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, - lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), - lungimea halatului 135±5 cm din umeri pana la poale, - latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm (±3 cm); - ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza - Termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani. - Marime XL, XXL	CE, EN 13795	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23