

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. 9
din “ 19 ” septembrie 2024

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1725278689747 din 02.09.2024
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire a utilajului medical</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Distilator cu apă D-25. Nr.414.	D-25	Rusia	Rusia	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (Schimbarea elementelor de încălzire). (CSP Comrat)	Acva-distilator	Documentația normativ-tehnică
Lot 3 Ionometru de laborator И-160, nr. 0294	И-160	Belorusia	Belorusia	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (de scimbat termocompensator, bateriile interne și ecranul). (CSP Cahul)	Determinarea p-H	Documentația normativ-tehnică
Lot 4 Compresor JUN-AIR model OF 302-25B, articol Nr. 1608760, seria nr. 0513802362 .	OF 302-25B	China	China	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (nu tine presiunea si se supraincalzeste.) (CSP Cahul)	Compresarea aerului	Documentația normativ-tehnică

Lot 5 Distilator cu apă D-25. Nr.315	D-25	Rusia	Rusia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație(schimbarea elementelor de încălzire). (CSP Chișinău)	Acva-distilator	Documentația normativ-tehnică
Lot 6 Sreragar 10/16 Sreragar 10/16 SeriaA7-3145	Sreragar	Israel	Israel	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (senzor de temperatură defectat), (CSP Cahul)	Autoclave-sterilizator	Documentația normativ-tehnică
Lot 7 Sterilizator cu aer POL EKO SLW 240 STD SW2SF130873	SLW 240	Polonia	Polonia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (nu menține temperatură, de schimbat intrerupator de curent) (CSP Cahul)	Sterilizarea materialelor	Documentația normativ-tehnică
Lot 8 Termostat IFA-170-8 nr.2013-86506	IFA-170-8	Cehia	Cehia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație(nu menține temperatură.) (CSP Edineț)	Termostatarea materialelor	Documentația normativ
Lot 9 Incubator cu CO2	CO2CELL190	Cehia	Cehia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (defectat senzorul cu CO2). (CSP Edineț)	Termostatarea materialelor	Documentația normativ
Lot 10 Incubator cu CO2- CO2CELL190	CO2CELL190	Cehia	Cehia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (scurgere de CO2, defect senzorul de CO2). (CSP Bălți)	Termostatarea materialelor	Documentația normativ
Lot 11 Bidistilator de apă BIHY 0041, № 846013112761, a. 2013; Vidrio Industrial POBEL, S.A.	BIHY 0041	Spania	Spania	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (nu pornește sistemul de încălzire).(CSP Bălți)	Acva-distilator	Documentația normativ

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Guci Ruslan În calitate de: director

Ofertantul: Repelcom SRL Adresa: m. Chișinău str. V. Lupu 6 of.52