

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21006909 din 05 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sîngerei pentru anul 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lot 5. Canulă p/u traheostomie						
33100000-1	5.1	Canulă p/u traheostomie N 7	100/518/070	Marea Britanie	Smiths	Canulă p/u traheostomie N 7	Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O Codul Produsului:100/518/070 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	5.2	Canulă p/u traheostomie N 7,5	100/518/075	Marea Britanie	Smiths	Canulă p/u traheostomie N 7,5	Nr.7.5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O Codul Produsului:100/518/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	5.3	Canulă p/u traheostomie N 8	100/518/080	Marea Britanie	Smiths	Canulă p/u traheostomie N 8	Nr.8.0; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O Codul Produsului:100/518/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	5.4	Canulă p/u traheostomie N 8,5	100/518/085	Marea Britanie	Smiths	Canulă p/u traheostomie N 8,5	Nr.8.5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O Codul Produsului:100/518/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	5.5	Canulă p/u traheostomie N 9	100/518/090	Marea Britanie	Smiths	Canulă p/u traheostomie N 9	Nr.9.0; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O Codul Produsului:100/518/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7