

ICS "TehGaz Grup" SRL

MD-2069, or. Chişinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 2540

pentru oxigen medicinal în stare lichefiată

Partida №:

2309

Numărul cisternei

IITK 5/0.25

Masa netă

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,50	99.90
2	Concentrația de C ₂ H ₂ , în %,	Absent	absent
3	Concentrația de CO ₂ la 1 dm ³ de oxigen lichifiat, cm ³ , nu mai mare	3,0	0.09
4	Conținutul de ulei	Absent	absent
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	reținut
6	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
8	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	reținut
9	Prezența mirosului	Absent	absent

Calitatea oxigenului corespunde conform GOST 6331-78

Inginer laborant: *[Signature]*
Laboratorul Secției de Producere

Data: 28.09.2021

