

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1694177586202 din 15.09.2023

Obiectul achiziției: Utilaj medical

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertanta	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sistem de transfer proteic pentru Western Blot	SB10 OmniBlot Mini	UK	Thistle Scientific (Cleaver Scientific)	CONFORM CERINTELO R DIN CAIETUL DE SARCINI	<p><b>Utilizare:</b> Realizarea transferului proteic de pe membrana după electroforeză pe membrană din nitroceluloză în Western Blot</p> <p><b>Caracteristici:</b>            Dimensiunea dispozitivului 19 x 13 x 15 cm;            Include 4 casete de 10x10 cm, fiecare casetă conține cate 2 plăcuțe de spumă;            Capacitatea de lucru maximum cu 4 geluri de 8 x 8,5 cm;            Volumul maxim al tamponului utilizat de 1200 ml;            Sistemul însoțit de un rulou de membrană de difluorură de poliviniliden (PVDF), pentru captarea proteinelor transferate de pe gel, în Western Blot            Dimensiunea: 300x24 cm            Diametrul porilor: 0.2 μm</p> <p><b>Garantie:</b> 12 luni.</p>	

2	Sursa de electroforeză pentru blotting	POWER Pro 300V POWERPRO3AMP	UK	Thistle Scientific (Cleaver Scientific)	CONFORM CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI	<p><b>Utilizare:</b> Asigurarea procesului de transfer membranar în Western Blot</p> <p><b>Caracteristici:</b>          Dimensiunea dispozitivului de 21,5 x 33,5 x 10,4 cm;          Moduri de funcționare: tip parametru constant, program programabil în 6 pași și setări preprogramate;          Timer 1- 999 minute;          Rezoluția de 1V și 10mA;          Tensiune de intrare 100-240V: 47-60Hz, 400-450W;          Temperatura de funcționare între 4°C și 40°C.          Tensiune maximă de lucru - 300 V          Curent maxim - 3000 mA          Putere maximă - 300 W          5 perechi de ieșiri pentru cablu de 4 mm;          Display tip TFT, control prin microprocesor:          Fișe și prize acoperite pentru siguranță.          Asigurat cu protecție contra suprasarcinii, scurgeri la pământ și supraîncălzire.</p> <p><b>Livrare:</b> Conform recomandărilor producătorului.  <b>Garanție:</b> 12 luni</p>	
---	--	--------------------------------	----	--	---	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu\_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau