

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740145075157 din 21 februarie 2025						
Obiectul achiziției: Serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale pentru anul 2025						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 7.Servicii de mentenanță a Stației de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75	SDtașie de oxigen INmatec POC 8600 Med, compresor de aer Atlas Copco, GA 75 VSD, Uscător de aer FD 260 VSD	Germania, Belgia	Inmatec, Atlas Copco	-Verificarea funcționalității sistemului ăns ansamblu- lunar -Verificarea de scurgeri de ulei- lunar -Resetarea erorilor-lunar -O vizită neplanificată ăns caz de urgențe- minim una pe lună. -Schimbarea kitului de mentenanță-simestrial -Spălarea mecanică a sistemului ăns ansamblu-simestrial. .	-Verificarea funcționalității sistemului ăns ansamblu- lunar -Verificarea de scurgeri de ulei-lunar -Resetarea erorilor-lunar -O vizită neplanificată ăns caz de urgențe- minim una pe lună. -Schimbarea kitului de mentenanță-simestrial (kitul de mentenanță nu intră ăns preț) -Spălarea mecanică a sistemului ăns ansamblu- simestrial.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 19/3, ap. 101