

SPECIFICAȚII TEHNICE**Solicitant: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1737385696400 / 21350973	din 18 februarie 2025
Obiectul de achiziție:	Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova	

Cod CPV /	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1		2	3	4	5	6	7
33100000-1	1	Analizator hematologic-3Diff	Analizator hematologic-3Diff	XQ-320	Japonia	Sysmex	"Descriere: Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei compozenței sanguine. Tip sistem: închis Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM LYM% LYM# MID, Opțional MID%, Opțional GRA, Opțional GRA %, Opțional NEUT# NEUT% PDW, Opțional P-LCR, Opțional MON %, Opțional MON # , Opțional RDW RDW-SD, Opțional RDW-CV, Opțional MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Volumul probei: ≤ 25 μL Diluarea: automată Afișaj: LCD ecran, touchscreen Monitorizare automata a testelor ditr-un reactiv, Opțional	"Descriere: Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei compozenței sanguine. Tip sistem: închis Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 RBC - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 HGB - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 HCT - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 MCV - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 MCH - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 MCHC - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 PLT - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 LYM - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 LYM% - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 LYM# - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 Nu MID% - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 Nu Nu NEUT# - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 NEUT% - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 PDW - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 P-LCR - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 Nu Nu RDW - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 RDW-SD - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 RDW-CV - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 MPV - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 PCT - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 Capacitate (probe/oră): 70, Brosura si PFS, pagina 1-2 Volumul probei: 16, Brosura si PFS, pagina 1-2 Diluarea: automată - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 Afișaj: LCD ecran, touchscreen - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2 Monitorizare automata a testelor ditr-un reactiv - Da, Brosura si PFS, pagina 1-2	CE, ISO Nr.de înregistrare DM000371164

Cod CPV /	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciulu i	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1		2	3	4	5	6	7
							Întreținerea zilnică se efectuează automat de către analizator, Opțional Imprimantă integrată sau cu posibilitate de conectare la imprimantă externă Sistem de identificare a pacientului. Introducerea datelor: Manual/Automat Interfața PC obligatoriu Afișarea histogramei obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată, Opțional Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Indicatori de avertizare, Opțional Program de control al calității Limba de comunicare rom/rus Interfața: RS-232C/ Ethernet (RJ45)/ USB/ LIS Memorie internă ≥ 1000 pacienți/rezultate Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului medical Cititor de coduri de bare Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe. Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți: Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize. Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță. Da, 5 ani. Mentenanță preventivă gratuită pe toată perioada de garanție. Da, 5 ani Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis. Da, 5 ani." Pe toată perioada de garanție, preturile la reactivi vor rămâne neschimbate, cu excepția ratei de inflație stabilite de BNM."	Întreținerea zilnică se efectuează automat de către analizator - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Posibilitate de conectare la imprimantă externă - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Sistem de identificare a pacientului. - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Introducerea datelor: Manual/Automat - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Interfața PC obligatoriu - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Afișarea histogramei obligatoriu - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Stocarea datelor obligatoriu - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Calibrarea automată, cu calibrator SCS-1000, Brosura și PFS, pagina 1-2 Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 RBC- repartizarea eritrocitelor după volum - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 PLT- repartizarea trombocitelor după volum - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 rezultate - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 grafice - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 rezultate din arhivă - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 date de service - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Indicatori de avertizare, - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Program de control al calității - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Limba de comunicare rom/rus - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Interfața: RS-232C/ Ethernet (RJ45)/ USB/ LIS - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Memorie internă: 500.000 pacienți/rezultate Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului medical - Da Cititor de coduri de bare - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe. - Da Alimentare 220 V, 50 Hz - Da, Brosura și PFS, pagina 1-2 Reagenți: Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize. - Da Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță. Da, 5 ani. Mentenanță preventivă gratuită pe toată perioada de garanție. Da, 5 ani. Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis. Da, 5 ani." Pe toată perioada de garanție, preturile la reactivi vor rămâne neschimbate, cu excepția ratei de inflație stabilite de BNM."	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**