

MSP SCMS MPS						Numărul procedurii de achiziție: 21062286		Data: 09.09.2022	
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator						Lot:		Pagina 1 din 2	
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7		8	
33600000-6	Determinarea Clostridium difficile.	Clostridium GDH+Toxin A+B	China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului și Toxinelor A+B a Clostridium difficile din mase fecale. Triplu test încorporat în una casetă. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Caseta. Metoda imunocromatografică. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului și Toxinelor A+B a Clostridium difficile din mase fecale. Triplu test încorporat în una casetă. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.		ISO, CE.	
33600000-6	Determinarea Antigenului H. pylori		China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului H. pylori din mase fecale. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Caseta. Metoda imunocromatografică. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului H. pylori din mase fecale. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.		ISO, CE.	
33600000-6	Procalcitonina. Test rapid cantitativ Metoda FIA	PCT Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a Procalcitoninei . Metoda: FIA , test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cârțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cistigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cârțuse, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cârțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cârțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cârțușuri. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.7200	(I) Analiza cantitativă a Procalcitoninei . Metoda: FIA , test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cârțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cârțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cârțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cârțușuri. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.7200 <i>Offerim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioadade timp nelimitat!!</i>		ISO, CE.	
33600000-6	Markeri cardiaci CK-MB. Test rapid cantitativ Metoda FIA	CK-MB Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - CK-MB . Metoda: FIA , test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cârțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cistigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cârțuse, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cârțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cârțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cârțușuri. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - CK-MB . Metoda: FIA , test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cârțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cârțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cârțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cârțușuri. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. <i>Offerim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!</i>		ISO, CE.	
33600000-6	Markeri cardiaci cTnI. Test rapid cantitativ Metoda FIA	cTnI Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I . Metoda: FIA , test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cârțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cistigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cârțuse, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cârțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cârțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cârțușuri. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I . Metoda: FIA , test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cârțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cârțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cârțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cârțușuri. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. <i>Offerim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!</i>		ISO, CE.	
33600000-6	D-dimeri. Test rapid cantitativ. Metoda FIA	D-dimeri Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a D-dimerilor . Metoda: imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cârțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cistigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cârțuse, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cârțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cârțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cârțușuri. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a D-dimerilor . Metoda: imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cârțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cârțușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cârțușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cârțușuri. Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. <i>Offerim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!</i>		ISO, CE.	
33600000-6	Chip-teste pentru glucometrie din sânge capilar	Teste strip HT100	Taiwan	Tyson Bio	Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. CE. IVD. Set de chipuri originale, specifici, compatibil cu glucometru tip point-of-care, destinat pentru glucometrie din sânge periferic mixt capilar din deget. Împachetare: 50 sau 100 test-chipuri în set. Agentul economic cistigător obligator să ofere 10 glucometre gratis compatibile cu chipuri de testare achiziționate. Numărul total de chipuri achiziționate să fie însoțit de numărul corespunzător de ace-scarificatoare pentru stilou automat, compatibile cu stilourile automate din cele 6 seturi de glucometre oferite în donație	Conform anexi 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. CE. IVD. Set de chipuri originale, specifici, compatibil cu glucometru tip point-of-care, destinat pentru glucometrie din sânge periferic mixt capilar din deget. Împachetare: 50 sau 100 test-chipuri în set. Agentul economic cistigător obligator să ofere 10 glucometre gratis compatibile cu chipuri de testare achiziționate. Numărul total de chipuri achiziționate să fie însoțit de numărul corespunzător de ace-scarificatoare pentru stilou automat, compatibile cu stilourile automate din cele 6 seturi de glucometre oferite în donație		ISO, CE.	

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokucaev 6, of.61