

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 2 : Congelator Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate. Tip: vertical, cu două uși; Volumul camerei interne: - de la 1300 lit până la 1400 lit, inclusiv; Temperatura: - de la minus 25°C până la minus 30°C; - reglabilă; - programabilă; - precizie $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Monitorizarea temperaturii: - înregistrare grafică/integrare date termice cu SIA serviciul de sânge; - sistem electronic de control. Panoul de informatii: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; - asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați. Suprafața camerei interne: - din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. Suprafețele exterioare din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. Componente obligatorii prezente: - materialul sertarelor oțel inoxidabil; - suprafața perforată pentru circulația aerului; - sertare în număr de 12 - 14 unități, reglabile; - asigurate cu sistem telescopic. Sistemul de răcire: Aer forțat;	MODEL PROPUS: Congelator LF 1400 , Arctiko, Danemarca. Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate. -da; Tip: vertical, cu două uși; -da; Volumul camerei interne: - de la 1300 lit până la 1400 lit, inclusiv; -da; 1361 litri net; Temperatura: - de la minus 25°C până la minus 30°C; -da; -10...-30°C; - reglabilă; -da; - programabilă; -da; - precizie $\pm 1^{\circ}\text{C}$. -da; $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (atasat doc. pdf „Decl. de confirmare precizie temp.”); Monitorizarea temperaturii: - înregistrare grafică/integrare date termice cu SIA serviciul de sânge; -da; se va asigura prin port RS-485 pentru transferul datelor + convertor pentru RJ-45. - sistem electronic de control. -da; Panoul de informatii: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; -da; - asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați. -da; Suprafața camerei interne: - din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. -da; (oțel inoxidabil). Suprafețele exterioare din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. -da; (otel electrozincat/otel inoxidabil). Componente obligatorii prezente:

Sistemul de decongelare automat. Agentul frigorific: Ecologic, aprobat de CE Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM – pentru dispozitive medicale sau echipamente electrice. Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical este destinat pentru pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău, Bălți și Cahul. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2021-2022 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.	- materialul sertarelor oțel inoxidabil; -da; - suprafața perforată pentru circulația aerului; -da; - sertare în număr de 12 - 14 unități, reglabile; -da; 12 sertare incluse in oferta(item code 5061037-01, doc PDf „, Stainless steel drawers ”); - asigurate cu sistem telescopic. -da; Sistemul de răcire: Aer forțat; -da; Sistemul de decongelare automat. -da; Agentul frigorific: Ecologic, aprobat de CE -da; R290 (refrigerant ecologic cu aprobare CE); Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. -da. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. – pentru dispozitive medicale sau echipamente electrice. -da, Declaratie de Conformitate CE atașată, cu indicarea Standardelor pentru echipamente electrice și dispozitive medicale: EN 61010-1: 2010 -SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT; EN 13485:2016 - MEDICAL DEVICES QUALITY MANAGEMENT SYSTEM; - atașat și Certificatul ISO 13485:2016, cu confirmarea : „, Design, development, manufacturing, sales and services of refrigerators and freezers classified as medical devices”. + <u>vedeti si doc pdf „, Brosura Arctiko (LF1400)” pag. 3.</u> EN 55014-2:1997 + Corr.:1998, A1:2001, A2:2008 PRODUCT FAMILY STANDARD REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES, ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS - PART 2: IMMUNITY Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical este destinat pentru pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine congelate. – da; (atasat doc. pdf „Decl. de confirmare prod. sang. ”);
---	---

	-Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. –da, confirmam prezentarea acestor documente la livrare; -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău, Bălți și Cahul. –da, confirmam; -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. - da, confirmam; -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție. - da, confirmam; -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2021-2022. - da, confirmam; -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.- - da, confirmam, 36 luni.
--	---