


I170-0L-081N

A



技术要求

- 1、表面平整、洁净、无折皱、缺损,标签背面无异物。
 - 2、图文印刷应完整、正确,字迹清晰、端正,不应有脱落。
 - 3、粘贴牢固,经高压蒸汽灭菌后及冷藏离心(4000转/min,10min)后不脱色、不脱层、字迹清晰
 - 4、可撕毁标志从标签带上撕下时完好,从产品上撕下时被撕毁,可撕毁标志圆直径15mm
 - 5、字体为Times New Roman,加粗,大小完全按图印刷,颜色以CMYK配色表为准:
"For collection of 450ml of blood(contains 63ml CPDA-1)"中的"450ml"、"63ml"
和"CAUTIONS"、"DO NOT VENT"颜色为CMYK=0: 100: 100: 0;
其余字体、线条及符号为:CMYK=0: 0: 0: 100.
 - 6、标签上不应有涂层,可书写。
- 实施日期:

描 图		和"CAUTIONS"、"DO NOT VENT"颜色为CMYK=0: 100: 100: 0; 其余字体、线条及符号为: CMYK=0: 0: 0: 100.										
旧底图总号		6、标签上不应有涂层,可书写。										
底图总号		实施日期:										
							N180-70-041					
		标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 名	日 期	一次性使用塑料血袋 转移袋 (400ml) 标签					
设计		任金胜	工 艺	郑志强								
制图		任金胜	标准化	李 勤								
校 对		钟海平	批 准	胡波								
审 核		李 勤	日 期	2017.9.18								
日期		签 字	不干胶纸 (进口纸)					四川南格尔生物科技有限公司				
		图 样 标 记 数 量 重 量 比 例										
							1: 1					
		共 张					第 张					