

Specificații tehnice							
Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 din 25.04.2025					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
4	Masă pentru operații	SU-03 cu accesorii	Polonia	Famed	Descriere: Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Parametru Specificație Tip masă Electrohidraulică obligatoriu Mărimile mesei: Lungimea ≥ 210 cm-Da, 216cm, pag.5. Lățimea ≥ 55 cm-Da, pag.5. Poziționarea mesei : Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 34 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Kidney elevator/bridge da Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade Secția din spate de la +80 la -45 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) divizată Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 300 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie: Tunel pentru casete X-Ray da, min. Secțiunile pentru cap, torace, coapse, picioare(opțional) Radiotransparență obligatoriu, pe toată lungimea Accesibilitatea brațului C obligatoriu Mărimea casetelor minim 35x43 cm Mobilitatea mesei obligatoriu transportabila Sistem de frânare/blocare a mesei cu pedală, tip hidraulic sau electrohidraulică Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomie ≥ 50 manipulări Telecomandă obligatoriu Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă obligatoriu Accesorii: suport cot 2 unit., să se indice codul produsului suport umăr 2 unit., să se indice codul produsului suport picioare 2 unit., să se indice codul produsului suport torace 2 unit., să se indice codul produsului suport mâna (decubit lateral) 1 unit., să se indice codul produsului stand pentru perfuzie 1 unit., să se indice codul produsului curea pentru fixarea corpului 1 unit., să se indice codul produsului suport pentru ecran de anestezie 1 unit., să se indice codul produsului.	Descriere: Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Parametru Specificație Tip masă Electrohidraulică obligatoriu Mărimile mesei: Lungimea ≥ 210 cm-Da, 216cm, pag.5. Lățimea ≥ 55 cm-Da, pag.5. Poziționarea mesei : Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm -Da, 68-108cm, pag.8. Deplasarea longitudinală ≥ 34 cm -Da, 34cm, pag.8. Trendelemburg ≥ 35 gradee -Da, 40 grade, pag.8 Inversarea trendelemburgului ≥ 35 gradee -Da, 40 grade, pag.8 Kidney elevator/bridge dae -Da, 40 grade, pag.8 Secțiile mesei ≥ 5 secții -Da, pag.8 Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade-Da, pag.8 Secția din spate de la +80 la -45 grade (minim)-Da, pag.8 Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim), divizată-Da, +45° la -90°, pag.8 Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) –Da, +55° la -50°, pag.8 Greutatea pacientului ≥ 300 kg-Da, 350kg, pag.8 Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie: Tunel pentru casete X-Ray da, min. Secțiunile pentru cap, torace, coapse,-Da, pag.4 picioare(opțional) Radiotransparență obligatoriu, pe toată lungimea-Da, pag.4 Accesibilitatea brațului C obligatoriu-Da, pag.4 Mărimea casetelor minim 35x43 cm-Da, pag.4 Mobilitatea mesei obligatoriu transportabila-Da, pag.4 Sistem de frânare/blocare a mesei cu pedală, tip hidraulic sau electrohidraulică -Da, pag.10 Alimentarea 220 V, 50 Hz-Da, pag.10 Baterie internă cu autonomie ≥ 50 manipulări-Da, pag.10 Telecomandă obligatoriu, Da, pag.6 Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei, Da, pag.3 Pupitru de comandă obligatoriu, Da, pag.6 Accesorii: suport cot 2 unit., –Da, tp PR-01.5, p. 4 catalog accesorii. suport umăr 2 unit., –Da, tip WS-06.5, p. 6 catalog accesorii suport picioare 2 unit., –Da, tip AS-21, p. 17 catalog accesorii. suport torace 2 unit., –Da, WS-50.5, p. 7 catalog accesorii. suport mâna (decubit lateral) 1 unit., –Da, tip WS-43.0, p. 5 catalog accesorii stand pentru perfuzie 1 unit., –Da, WK-01.5, p.15 catalog accesorii. curea pentru fixarea corpului 1 unit., –Da, WS-41.0, p.11 catalog accesorii. suport pentru ecran de anestezie 1 unit., –Da, tip WS-01.5, p. 14 catalog accesorii. Corespunde cu cerintele, specificatii tehnice/manual se contine in file cu numarul lotului corespunzator. Inregistrat in AMDM cu Nr. DM000499725	DM000499725

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea**