

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1741100863750	Data: 04/04/2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesas Suplimentar 2		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
33100 000-1	17	Lot nr. 17 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Lot nr. 17 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Filtru circuite respirație HME (Codul produsului: AL-08022.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru de tip HME. Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu. Ambalaj individual	Filtru de tip HME. Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu. Ambalaj individual Facturare N1.	DM000378369
33100 000-1	21	Lot nr. 21 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Lot nr. 21 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Filtru circuite respirație HME (Codul produsului: AL-08022.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru de tip HME. Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu. Ambalaj individual CO2.	Filtru de tip HME. Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu. Ambalaj individual CO2. Facturare N1.	DM000378369
33100 000-1	22	Lot nr. 22 Gel ECG, 250 ml	Lot nr. 22 Gel ECG, 250 ml	Gel ECG/USG 250ml (Codul produsului: KAF G31-2)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	1.Volum flacon 250 ml; 2.PH 5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.nu conține: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. Facturare N1.	DM000368050
33100 000-1	23	Lot nr. 23 Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Lot nr. 23 Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (Codul produsului: KAF G31)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5.hidrosolubil; 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului; 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului	1.volum: 1000 ml 2.PH 5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.nu conține: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5.hidrosolubil; 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Cu capac pentru a preveni uscarea gelului; 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului Facturare N1.	DM000368048
33100 000-1	24	Lot nr. 24 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Lot nr. 24 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Gel ECG/USG 5000ml (Codul produsului: KAF G31-3)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cite un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cite un flacon) 3.PH 5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.nu conține: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. Facturare N1.	DM000368051

33100 000-1	45	Lot nr. 45 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Lot nr. 45 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Role sterilizare 250mm x 200m (Codul produsului: DSR25200)	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN.TI C.LTD.STI.	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie este termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tiparita dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă. FacturareN1.	DM000362927
33100 000-1	46	Lot nr. 46 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Lot nr. 46 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Role sterilizare 300mm x 200m (Codul produsului: DSR30200)	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN.TI C.LTD.STI.	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie este termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tiparita dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă. Fcaturare N1.	DM000362928
33100 000-1	79	Lot nr. 79 Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Lot nr. 79 Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Prelungitor pentru sisteme presiune inalta MF 150cm (Codul produsului: BQES24222)	China	BQ PLUS MEDICAL CO., LTD	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm	DM000639370

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23