

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1627977112889				Data: „20” august 2021			Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Achiziția consumabilelor medicale și consumabile oftalmologice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” și IMSP Spitalul Raional Comrat pentru anul 2021 CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE				Lot: 31			Pagina: _1_ din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Flow metru pentru reglare fluxului de oxigen pentru administrarea la pacient prin rezervor cu apa distilata. Tipul de conexiune la rampa de oxigen DIN. Carcasa debitmetrului din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat. Materialul rezervorului policarbonat de tip reutilizabil, autoclavabil. Grosimea peretilor rezervorului min 1,7 mm. Volumul rezervorului 200-300 ml cu	Flow metru pentru reglare fluxului de oxigen pentru administrarea la pacient prin rezervor cu apa distilata. Tipul de conexiune la rampa de oxigen DIN. Carcasa debitmetrului din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat. Materialul rezervorului policarbonat de tip reutilizabil, autoclavabil. Grosimea peretilor rezervorului min 1,7 mm. Volumul		

33100000-1	31	Flow metru tip DIN	Rs WITH INTEGRATED FLOW SELECTOR + MAK/300	Italia	Flow Meter S.p.A	indicator de nivel al lichidului minim și maxim. Reglarea debitului de O2 la ieșire 0-15 l/min. Indicatorul fluxului scară gradată numeric 0-15 l/min. Ieșiri canulă de O2 minim 1. Presiunea de intrare 3-5 bar. Recipient umidificator (de rezervă) 1 buc. Garanția 24 luni. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor	rezervorului 285 ml cu indicator de nivel al lichidului minim și maxim. Reglarea debitului de O2 la ieșire 0-15 l/min. Indicatorul fluxului scară gradată numeric 0-15 l/min. Ieșiri canulă de O2 minim 1. Presiunea de intrare 3-5 bar. Recipient umidificator (de rezervă) 1 buc. Garanția 24 luni. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor	CE, ISO13485, ISO9001
------------	----	--------------------	--	--------	------------------	---	---	-----------------------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

