



质量检测报告书
Quality inspection report
(消)检字第 201303017 号
No. 201303017
共 2 页, 第 1 页
Page 1, 2 pages in total



样品名称: 消毒棉片 (异丙醇棉片)

Name of sample: Alcohol pad

受检单位: 无锡康友医疗用品有限公司

The unit to be inspected: Wuxi Kangyou Medical Products Co., Ltd

无锡市疾病预防控制中心
Wuxi disease and prevention control center
二〇一二年八月六日
August 6th, 2012



检测报告 Inspection report		
(消)检字第 201303017 号 No. 201303017	共 2 页, 第 2 页 page 2, 2 pages in total	
	样品编号: DA201300786 Sample No.: DA201300786	
样品名称: 消毒棉片 (异丙醇棉片) 检测类别: 委托 Name of sample: Alcohol pad detection classification: entrusted		
商标、编号或批号: 2013-07-08 Trademark, serial number or batch number: 2013-07-08	采样地点: / Sampling site:/	
生产单位: 无锡康友医疗用品有限公司 Production unit: Wuxi Kangyou Medical Products Co., Ltd	包装情况: 铝塑袋 Packing condition: aluminum plastic bag	
	样品数量: 1 片/袋 X14 袋 Sample quantity: 1 /bag* 14bags	
受检单位: 无锡康友医疗用品有限公司 Inspected unit: Wuxi Kangyou Medical Products Co.,	收样日期: 2013-7-10 Sample collecting date: 2013-7-10	

执行标准
Executive standard

消毒技术规范 (2002 版)
Disinfect technology standard (2002)

检测项目 Inspection item	检测方法 Inspection method	标准值 Standard values	结果 Results
消毒棉片 (异 M 醇棉片) 异丙醇棉片 (1 片/袋) Antiseptic swap isopropanol cotton (1/1bag) 大肠杆菌杀灭率 Kill rate of Escherichiacoli	消毒技术规范 (2002 版) Disinfect technology standard (2002)	$\geq 90(\%)$	2 分钟 98. 97 98.97 in 2 mins

金黄色葡萄球菌杀灭率 Kill rate of staphylococcus aureus	消毒技术规范(2002 版) Disinfect technology standard (2002)	$\geq 90(\%)$	2 分钟 97. 86 97.86 in 2mins
白色念珠菌杀灭率 Kill rate of Candida albicans	消毒技术规范(2002 版) Disinfect technology standard (2002)	$\geq 90(\%)$	2 分钟 91. 59 91.59 in 2mins
以下空白 The following will be left blank			

樊玲芳 compiler 编制:
 孙燕萍 verifier 审核:
 sign 凡国兴 and issue 签发:

无锡市疾病预防控制中心
 Wuxi disease control ad prevention centre
 检验报告专用章
 Special seal of inspection report
 2013 年 8 月 6 日
 August 6th, 2013

