

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1649335613554						
Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Film radiologic stomatologic 3x4	3x4 Nr. 150 buc	Germania	Bermedi	Film radiologic stomatologic 3x4 Nr. 150 buc Condiții de ambalare a filmului în cutie-NIF, termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni.	Film radiologic stomatologic 3x4 Nr. 150 buc Condiții de ambalare a filmului în cutie-NIF, termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni.	CE, ISO
Lotul 3 Thermo hârtie compatibilă cu videoprinter ULSTAR 1100S (110x20m)	1100S (110x20m)	Turcia	Erenler	Thermo hârtie compatibilă cu videoprinter ULSTAR 1100S (110x20m)	Thermo hârtie compatibilă cu videoprinter ULSTAR 1100S (110x20m)	CE, ISO
Lotul 5 Periuță "Cervex Brush" pentru citologie	Periuță "Cervex Brush" pentru citologie	Polonia	Zarys international	Periuță "Cervex Brush" pentru citologie, 20 cm, formată din 57 peri semicirculari de lungimi variabile, sterile. Ambalaj individual.	Periuță "Cervex Brush" pentru citologie, 20 cm, formată din 57 peri semicirculari de lungimi variabile, sterile. Ambalaj individual.	CE, ISO
Lotul 7 Teste control pentru sterilizare 180°C	Indicator (extern) 180/60 Nr.1000 buc/set, controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru	Federația Rusă	MEDTEST	Teste control pentru sterilizare 180°C Indicator (extern) 180/60 Nr.1000 buc/set, controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru	Indicator (extern) 180/60 Nr.1000 buc/set, controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru	CE, ISO
Lotul 8 Teste control pentru sterilizare 121°C	Indicator 121/20 Nr.1000 buc/set. controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru	Federația Rusă	MEDTEST	Teste control pentru sterilizare 121°C Indicator 121/20 Nr.1000 buc/set. controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru	Indicator 121/20 Nr.1000 buc/set. controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru	CE, ISO
Stativ pentru perfuzii	Stativ pentru perfuzii	Federația Rusă	Elamed	Stativul este fabricat din oțel de înaltă calitate, vopsit cu pulbere care permite dezinfectia trepidului. Coșul pentru soluții perfuzabile este alcătuit din două suporturi pentru flacoane și 2 umerate pentru sisteme. Cu 3 picioare fără roțile. Dimensiunile: - Înălțime 1850 mm - Lungime picioarelor 640mm	Stativul este fabricat din oțel de înaltă calitate, vopsit cu pulbere care permite dezinfectia trepidului. Coșul pentru soluții perfuzabile este alcătuit din două suporturi pentru flacoane și 2 umerate pentru sisteme. Cu 3 picioare fără roțile. Dimensiunile: - Înălțime 1850 mm - Lungime picioarelor 640mm	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23

