

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1622533414564/001 din 22.09.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601004242
Adresa	Str. Academiei, 11
Număr de telefon	+373 22 109080
Număr de fax	+373 22 109085
E-mail oficial	sînge@ms.md
Adresa de internet	www.cnts.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	022-10-90-70

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Dispozitivele medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din sânge și a produselor finale pentru anul 2021
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1622533414564</u> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622533414564?tab=contract-notice Data publicării: 02.06.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622533414564?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 958 333,33

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	02.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua! Rugam sa anexati pe platforma DUAE si un format redactabil (ex. Word) al anuntului de participare. Multumim.

Expunerea succintă a răspunsului	În curând toate formularele vor fi atașate.
Data transmiterii	02.06.2021
Data solicitării clarificărilor	02.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua! Rugam sa anexati pe platforma ANUNT DE PARTICIPARE si un format redactabil (ex.Word) al anuntului de participare. Multumim.
Expunerea succintă a răspunsului	În curând toate formularele vor fi atașate.
Data transmiterii	02.06.2021
Data solicitării clarificărilor	03.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Deoarece nu toate echipamentele sunt de uz medical, dar sunt si echipamente de uz general de laborator, va rugam sa enumerati din start toate echipamentele, care trebuie introduse in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare RSDM al AMDM).
Expunerea succintă a răspunsului	Grupul de lucru responsabil din cadrul instituției noastre a examinat solicitarea DVS indicată supra și informează că în lista de dispozitive medicale înaintată spre achiziție se regăsesc numai dispozitive medicale, care vor fi utilizate pentru realizarea controlului calității a condițiilor de producere a produselor sanguine, cât și verificare a controlului calității produselor sanguine finale, care la rândul său sunt destinate pentru transfuzie și tratament la pacient. În acest sens, recomandăm să consultați <i>Legea nr.102 din 09 iunie 2017 „cu privire la dispozitivele medicale”</i> . Prin urmare, toată lista de dispozitive medicale inclusă în procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1622533414564 înaintate spre achiziție necesită a fi introduse în RSDM al AMDM.
Data transmiterii	04.06.2021
Data solicitării clarificărilor	08.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, nu putem descarca anuntul de participare anexat. Atasati in alt format.
Expunerea succintă a răspunsului	Anunțul de participare, precum și celelalte documente ale procedurii de achiziție pot fi simplu accesate și salvate în formatul atribuit acestora.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă aducem la cunoștință că cerințele tehnice pentru Spectrometru cu absorbție atomică sunt elaborate în cele mai mici detalii în conformitate cu sistemul AA-7000 al producătorului Shimadzu. Întru asigurarea respectării principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice privind transparența, asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice - Solicităm modificarea caietului de sarcini, astfel încât acesta va asigura participarea și altor producători la licitație.

Expunerea succintă a răspunsului	Cerințele tehnice pentru Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomică, au fost elaborate în corespundere cu recomandările GMP în scopul asigurării controlului calității în procesul de producere a preparatelor biomedicale sanguine, pentru verificarea concentrației metalelor grele în apă și în alte substanțe licide utilizate în producerea preparatelor biomedicale sanguine. Din aceste considerente sau specificat în mici detalii cerințele necesare pentru asigurarea controlului calității.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Atragem atenția asupra faptului că materialul din care este confecționat atomizorul în flacără oxi-acetilenică este o caracteristică constructivă care nu afectează în nici un fel performanța dispozitivului fiind specifică unui anumit model astfel, se limitează participarea operatorilor economici la licitație. Rugăm să confirmați că atomizorul din aliaj Incoloy cu bază de teflon rezistent la coroziune și temperaturi înalte va fi acceptat.
Expunerea succintă a răspunsului	La evaluare se va accepta materialul de confecționare a atomizorului care nu va afecta performanța dispozitivului și va asigura toți parametrii de lucru solicitați.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Dorim să vă atragem atenția că lățimile benzii spectrale pot varia puțin de la un producător la altul, ceea ce nu afectează performanța dispozitivului pentru metodele de lucru indicate în caietul de sarcini. De aceea, solicităm respectuos să acceptați lățimile benzii spectrale de: 0,2; 0,5; 0,5 (low) și 1,0 nm cu selecție automată.
Expunerea succintă a răspunsului	La evaluare se vor accepta lățimile benzii spectrale de: 0,2; 0,5; 0,5 (low) și 1,0 nm cu selecție automată care asigură performanța dispozitivului și întruni toți parametrii de lucru solicitați.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă aducem la cunoștință că în cazul sistemului care realizează concomitent măsurarea cu atomizare în flacără și cuptor de grafit, se va utiliza corecția cu lampă de deuteriu pentru flacără și corecția suplimentară Zeeman pentru grafit. Corecția Zeeman este mult mai efektivă și mai performantă ca corecția de deuteriu, de aceea, pentru atomizorul cu grafit ce deține posibilitatea corecției Zeeman nu se mai necesită corecția adițională cu lampă de deuteriu. Așadar, vă rugăm să confirmați că atomizorul cu cuptor de grafit ce suportă regimurile cu corecție Zeeman și fără corecție va fi acceptat.
Expunerea succintă a răspunsului	La evaluare se vor accepta dispozitive care vor întruni și asigura corecție pentru ambele metode: pe flacără și cuptor.
Data transmiterii	28.06.2021

Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă atragem atenția că tipul de control al temperaturii solicitat constituie o caracteristică constructivă ce nu afectează performanța echipamentului și poate fi diferit de la un producător la altul. De aceea, pentru asigurarea concurenței, solicităm să fie acceptat controlul temperaturii bazat pe un mecanism dinamic predictiv care încorporează compensarea temperaturii utilizând sistemul de răcire pentru o precizie sporită a temperaturii fără senzori externi.
Expunerea succintă a răspunsului	La evaluare se va accepta controlul temperaturii în două moduri diferite una de alta.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Privitor la gama temperaturii pentru cuptorul de grafit, ținând cont de faptul că temperatura de cenușare (ashing) a elementelor începe de obicei atunci când cuptorul cu grafit atinge câteva sute de grade, nu există nici-o analiză în care se utilizează temperatura mediului ambiant. Vă rugăm să confirmați că echipamentele ce oferă intervalul de temperatură 40 - 3000°C vor fi acceptate.
Expunerea succintă a răspunsului	La evaluare se va accepta dispozitive ce vor oferi intervalul de temperatură de la 40 până la 3000°C.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă atragem atenția la faptul că consumul apei de răcire este o caracteristică constructivă care diferă de la un producător la altul și care nu influențează performanța echipamentului fără a oferi careva avantaje din punct de vedere economic. Echipamentul solicitat va fi livrat împreună cu circulatorul de apă, care reprezintă un sistem de răcire cu ciclu închis de circulație, iar viteza de circulație a apei, indicată ca consumul apei în l/min nu influențează volumul de apă utilizat pentru operarea echipamentului. De aceea, vă rugăm să confirmați că consumul de apă de răcire 1-2 l/min va fi acceptat.
Expunerea succintă a răspunsului	Confirmăm că la evaluare consumul de apă de răcire 1-2 l/min va fi acceptat, ce se încadrează în parametrii solicitați.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Privitor la volumul de injecție solicitat, vă atragem atenția că în cazul autosamplerului pentru flacăra probele sunt injectate în mod continuu, volumul de injecție fiind limitat doar de volumul vasului cu probă și timpul de analiză indicat, iar pentru cuptorul de grafit nu există aplicații în care se necesită injecții mai mari de 70 ul. Rugăm să confirmați că volumul de injecție cuprins pe intervalul 1 ... 70 ul pentru cuptor și injecție

Expunerea succintă a răspunsului	continuă pentru flacăra, va fi acceptat. La evaluare, confirmăm că volumul de injecție cuprins pe intervalul 1 ... 70 ul va fi acceptat, care se încadrează în parametrii solicitați.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	16.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Privitor la contaminarea solicitată pentru autosampler, vă atragem atenția că doar producătorul Shimadzu indică o valoare exactă a contaminării, ceilalți producători indică doar prezența funcției de spălare ce reduce potențialele contaminări la zero. În acest context, pentru asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice la licitația dată, vă rugăm să acceptați pentru parametrul Contaminare - Prezența funcției de spălare pentru a reduce contaminarea la zero cu efectuarea modificărilor de rigoare în caietul de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului	La evaluare se va accepta dispozitivul cu prezența funcției de spălare cu o reducere a contaminării la zero.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	18.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Dorim să atragem atenția asupra faptului că în lista prezentată sunt o serie de poziții (Spectrofotometru, Spectrometru cu absorbție atomică, Balanțe) care sunt echipamente de laborator de uz general, ce sunt utilizate pe larg în laboratoare cu diferite destinații, fără a deține calitatea de dispozitiv medical. Totodată, vă atragem atenția că în conformitate cu directivele europene și Regulamentului privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), aprobat prin HG Nr. 339 din 26-05-2017, codul CPV pentru balanțe analitice (CPV - 38311100-9) spectrometre (CPV - 38433000-9) se regăsește în clasa 38000000-1 - Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor) și nicidecum în clasa codurilor CPV 33000000-1, pentru dispozitive medicale. În acest sens, vă comunicăm că dispozitivele sus menționate nu pot fi catalogate ca dispozitive medicale, ca urmare acestea nu se supun înregistrării în registrul de stat al dispozitivelor medicale. Întru respectarea principiilor achizițiilor publice și asigurarea concurenței eficiente solicităm respectuos să modificați cerințele caietului de sarcini, prin atribuirea corectă a codului CPV, stabilirea cerințelor aplicabile fiecărei categorii de produs și eliminarea cerinței de înregistrare ca dispozitiv medical, pentru acele categorii de produse care se clasifică ca dispozitive de laborator de uz general.
Expunerea succintă a răspunsului	Grupul de lucru responsabil a examinat solicitarea indicată supra și informează că în lista de dispozitive medicale înaintată spre achiziție se regăsesc numai dispozitive medicale, care vor fi utilizate pentru realizarea controlului calității a condițiilor de producere a produselor sanguine, cât și verificare a controlului calității produselor sanguine finale, care la rândul său

	sunt destinate pentru transfuzie și tratament la pacient. În acest sens, recomandăm să consultați Legea nr.102 din 09 iunie 2017 „Cu privire la dispozitivele medicale”. Prin urmare, toată lista de dispozitive medicale inclusă în prezenta procedura de achiziție, necesită a fi introdusă în RSDM al AMDM.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	24.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cerintele din caietul de sarcini sunt formulate cu exactitate după specificațiile producătorului Shimadzu, astfel eliminând participarea altor producători. Modificați caietul de sarcini pentru a permite participarea mai multor producători.
Expunerea succintă a răspunsului	Cerintele din caietul de sarcini sunt formulate în corespundere cu recomandările GMP în scopul asigurării controlului calității în procesul de producere a preparatelor biomedicale sanguine pentru verificarea concentrației metalelor grele în apă și în alte substanțe licide utilizate în producerea preparatelor biomedicale sanguine. Din aceste considerente sau specificat în mici detalii cerințele necesare pentru asigurarea controlului calității.
Data transmiterii	28.06.2021
Data solicitării clarificărilor	24.06.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În conformitate cu caietul de sarcini, este solicitat un analizator de tip semi-automat, care în același timp trebuie să fie capabil să măsoare Factorul Von Willebrand (VWF) - ceea ce nu este realizabil la tipul dat de analizoare. Totodată, vă comunicăm că pe piață nu există nici un analizator semi-automat care să determine factorul VWF. Reeșind din cele expuse, solicităm: 1. Eliminarea Factorului Von Willebrand ca specificație obligatorie pentru analizoarele ce operează în regim semi-automat. 2. Acceptarea analizatoarelor semi-automate cu module de detectare bazate atât pe sisteme optice, cât și pe sisteme mecanice - ținând cont de faptul că detectarea pe sisteme mecanice oferă în mod consecvent rezultate sigure și exacte având următoarele avantaje: - precizie maximă în cazul detectării cheagurilor slabe (Fibrinogen); - nu este sensibil la proprietățile optice ale plasmelor (probe colorate, plasmă hemolizată, plasmă icterică, plasmă lipemică) și, prin urmare, asigură un control fiabil al hemostazei la pacienții cu icter, hemoliză, lipemie și hemodiluție, care este esențială în terapia intensivă.
Expunerea succintă a răspunsului	La evaluare grupul de lucru solicită dispozitiv de tip deschis ce va permite programarea chiturilor pentru examinarea/măsurarea Factorului Von Willebrand (VWF), este un parametru obligatoriu pentru controlul calității produselor sanguine congelate.
Data transmiterii	28.07.2021
Data solicitării clarificărilor	28.07.2021

Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În scopul confirmării celor expuse în întrebările de clarificare, vă rugăm respectuos să efectuați modificările de rigoare în caietul de sarcini, cu efectuarea modificărilor parametrilor acceptați.
Expunerea succintă a răspunsului	Întrebările înaintate în cadrul licitației și clarificările pe marginea cărora ne-am expus anterior sunt minore și ne semnificative și nu afectează performanțele dispozitivului. Repetăm confirmăm că la evaluarea ofertelor se vor lua în calcul toate clarificările expuse la întrebările parvenite în cadrul licitației.
Data transmiterii	30.07.2021
Data solicitării clarificărilor	28.07.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform comunicatului AAP din 10/09/2020 - 17:30, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a conformării reglementărilor HG212/2018 p. 46 și 47, dar și LP209/2016 art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a). Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova. Ținând cont de faptul, că și dispozitivele medicale cad sub incidența legii sus menționate, solicităm respectuos, introducerea acestei cerințe obligatorii.
Expunerea succintă a răspunsului	Ofertantului castigator al dispozitivelor medicale în cadrul licitației date, la contractare, obligatoriu i se va solicita la livrarea produsului numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a conformării reglementărilor HG212/2018 p. 46 și 47, dar și LP209/2016 art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a).
Data transmiterii	30.07.2021
Data solicitării clarificărilor	30.07.2021
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, pe data de 02.06 ati raspuns - În curând toate formularele vor fi atașate. Insa pina acum nu gasim anuntul de participare in format redactabil (Word).
Expunerea succintă a răspunsului	Anunțul de participare nu poate fi oferit în format redactabil, întru cât reprezintă actul oficial supus semnăturii și ștampilei umede. În acest context, pentru necesitate de copiere a textului, utilizați instrumentul de înserare și copiere a textului. Adițional, informația prezentă în anunțul de participare, poate fi regăsită în format redactabil în formular F4.1 – Specificații tehnice.
Data transmiterii	30.07.2021

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Nu sunt
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 15.08.2021 ora 16:09), au depus oferta _7_ ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ICS SRL Nitech	1006600023491	Seremet Petru
2	SRL Ecochimie	1002600052156	Iurcu Nicolae
3	SRL Sanmedico	1003602008154	Vitalie Goreacii
4	SRL DAC-SpectroMed	1002600042432	Virschii Roman
5	SRL Echipamed-Plus	1003600077677	Iurchevici Valeriu
6	SRL DataControl	1003600007935	Grabazei Alexandru
7	SRL Lokmera	1007600011105	Iasibaș Nicolae

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic						
	SRL Nitech	SRL Ecochimie	SRL Sanmedico	SRL DAC-SpectroMed	SRL Echipamed-Plus	SRL DataControl	SRL Lokmera
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)							
F 3.1.	+	+	+	+	+	+	+
F 4.1.	+	+	+	+	+	+	+
F 4.2.	+	+	+	+	+	+	+
DUAE	+	+	+	+	+	+	+
Garanția pentru ofertă (după caz) F3.2	+	+	+	+	+	+	+
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde							
Declarație RSDM AMDM	+	+	+	+	+	+	+
Documente ce atestă calitatea bunurilor	+	+	+	+	+	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	+	+	+	+	+	+	+
Declarație privind întreținerea profilactică	+	+	+	+	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

N r. lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea a cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Analizator hematologic	FSP DAC-SpectroMed SRL	260 000	2 buc.	+	-
		SRL ECHIPAMED-PLUS	2 440 000		+	+
2	Spectrofotometru cu absorbție atomică	ICS Nitech SRL	1 229 999	1 buc.	+	+
		SRL DataControl	888 000		+	+
		SRL Lokmera	1 230 000		+	+
3	Refractometru	ICS Nitech SRL	276 600	2 buc.	+	+
4	Coagulometru	SRL Sanmedico	19 180	2 buc.	+	-
5	Conductometru	ICS Nitech SRL	36 120	1 buc.	+	+
		SRL Ecochimie	89 900		+	+
6	Spectrofotometru	ICS Nitech SRL	335 000	2 buc.	+	+
		SRL Ecochimie	271 998		+	+
		FSP DAC-SpectroMed SRL	136 000		+	+
		SRL Lokmera	270 000		+	+
7	Balanta analitica	ICS Nitech SRL	28 600	2 buc.	+	+
		SRL Ecochimie	28 400		+	+
8	Etuva de uscat cu vacuum	-	-	2 buc.	-	-
9	Analizator TOC	ICS Nitech SRL	666 600	1 buc.	+	+
10	Numărător (contor) de colonii de germeni bacterieni	-	-	1 buc.	-	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
03.09.2021	ICS Nitech SRL	1. La lotul nr. 2 – Spectrofotometru cu absorbție atomică, este indicat Spectrofotometru cu absorbție atomică Shimadzu, Model AA-7000, Japonia, pe când în broșurile și declarația de conformitate anexate sunt indicate modele AA-7000 F; AA-7000 G și AA-7000 F/AAC. Urmează să	1. Lot 2. Modelul spectrometrului de Absorbție atomică este Shimadzu AA-7000F/AAC. Model cu atomizare în flacără și atomizare în cuptor de grafit, cu schimbarea automată între atomizoare, conform cerinței din parametri solicitati. 2. Lot 3. Declarația de Conformitate se anexează la scrisoare. 3. Lot 5. La accesarea link-ului, care duce direct la site-ul producătorului,

		<p>comunicați care este modelul concret al dispozitivului medical propus.</p> <p>2. la lotul nr. 3 – Refractometru, lipsește Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.</p> <p>3. la lotul nr. 5 – Conductometru, cerințe tehnice pct. 2 rezoluția: 0,1mkCm•cm-1 în formularul F 4.1. – Specificații tehnice, coloana nr. 7 este indicată rezoluția: 0,1 μS•cm-1, de confirmat prin act emis de producător.</p>	<p>in “Specification”, puteți găsi datele care confirmă că rezoluția aparatului oferit corespunde cerinței din parametrii solicitați https://www.xylemanalytics.com/en/general-product/id-230/benchtop-meter-inolab%C2%AE-cond-7310</p>
03.09.2021	SRL Ecochimie	<p>1. La lotul nr. 5 – Conductometru, lipsesc actele solicitate la capitolul II Certificare.</p> <p>2. la lotul nr. 6 – Spectrofotometru, lipsesc actele solicitate la capitolul II Certificare.</p> <p>3. la lotul nr. 7 – Balanța analitică, lipsesc actele solicitate la capitolul II Certificare, inclusiv Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, prezent un certificat emis de autoritățile din Polonia - Certyfikat Zatwierdzenia Typu WE Nr PL 16 002.</p>	<p>A confirmat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea certificatului de verificare inițială pentru fiecare dispozitiv la livrare; - prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servicii manual, diagrama electronică (după caz), pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv; - instalarea și punerea în funcțiune gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data livrării; Oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului (în limba română) și instruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului; - asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție; - perioada de garanție pentru lotul 5, 6 și 7 va fi de 36 luni din data instalării și punerii în funcțiune. Declarațiile de conformitate CE și/sau Certificatele de conformitate CE pentru loturile oferite au fost prezentate odată cu depunerea ofertei pe 15.08.2021.

03.09.2021	SRL Sanmedico	<p>Lotul nr. 4 – Coagulometru, în formularul F 4.1. – Specificații tehnice, coloana nr. 7 – Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant este indicat „... Factor Von Willebrand în durată de timp”, însă în documentele tehnice atașate lipsește informația privind factorul dat. Respectiv, s-a solicitat confirmarea posibilității efectuării analizei/măsurărilor pentru depistarea Factorului Von Willebrand în durată de timp, cu dispozitivul medical propus – Marca TECO, model Coatron XPro, Germania.</p>	<p>Lotul nr. 4 – Coagulometru, Marca TECO, model Coatron XPro, Germania, Factorul VIII în durată de timp, poate fi utilizat în calitate de control negativ în analizele Factorului Von Willebrand.</p>
03.09.2021	FCPC DataControl SRL	<p>1. La lotul nr. 2 – Spectrofotometru cu absorbție atomică, în formularul F 4.1. – Specificații tehnice, coloana nr. 7 – Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant este indicat foarte succint specificațiile prezentate, cităm ”Conform broșurilor anexate”. S-a solicitat prezentarea în detaliu, în limba de stat, informații referitor la criteriile tehnice ale dispozitivului medical ofertat conform criteriilor din coloana nr. 6 – Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă, inclusiv pozițiile: 4. cuptor de grafit și 5. autosampler. De asemenea, în ofertă lipsește informația privind anul de producere al dispozitivului medical.</p>	<p>S-a remis confirmarea corespunderii parametrilor tehnici solicitați la coloana nr. 6 conform formularului F 4.1. pentru lotul nr. 2 – Spectrofotometru. S-a confirmat anul de producere al dispozitivului medical și anume 2021.</p>

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL ECHIPAMED-PLUS	La lotul nr. 1 Analizator hematologic: operatorul economic SRL ECHIPAMED-PLUS a înaintat oferta cu suma de 2440000,00 lei fără TVA, ceea ce depășește cu 813,33% valoarea estimată de către

	autoritatea contractantă, în temeiul lit. d) alin. (1) art. 71 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice: – depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi
DAC-SpectroMed SRL	La lotul nr. 1 Analizator hematologic: operatorul economic DAC-SpectroMed SRL nu a prezentat/confirmit toate cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă impuse prin documentația standard, respectiv oferta este neconformă.
SRL Sanmedico	La lotul nr. 4 Coagulometru operatorul economic SRL Sanmedico în oferta înaintată la capitolul cerințe tehnice dispozitivul medical oferit nu poate asigura efectuarea analizei/măsurării pentru depistarea Factorul Von Willebrand fapt confirmat prin răspunsul nr. 94 din 13.09.2021 emis de către operatorul economic.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Nu se aplică

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
2	SRL DataControl	1 buc.	888 000,00	1 065 600,00

3	SRL Nitech	2 buc.	276 600,00	331 920,00
5	SRL Nitech	1 buc.	36 120,00	43 344,00
7	SRL Ecochimie	2 buc.	28 400,00	34 080,00
9	SRL Nitech	1 buc.	666 600,00	799 920,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

Se anulează lotul nr. 6, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice: „g) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată **erori sau omisiuni**, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7. ”.






Argumentare: Motivul anulării lotului Nr. 6 fiind constatarea unor erori și omisiuni la elaborarea de către autoritatea contractantă a specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, care afectează rezultatul procedurii de atribuire și face imposibilă evaluarea lotului, deoarece, a fost greșit indicate valorile de lucru la capitolul parametrilor tehnici și anume a fost cerut:

”lățime bandă spectrală nu mai mult de 4 nm
distanța fotometrică -0,3 to 3 A; 0 – 200% T; 0 – 9999
acuratețe ± 0,5% nm
Repetabilitate: ≤ 0,4 nm”.

Pe când sa uvut în vedere:

- ”- lățime bandă spectrală nu mai mult de 1 nm
- distanța fotometrică min - 3 A pina la +3 A; min. 0 – 300% T;
- acuratețea fotometrica ± 0,002 A la 1 A
- repetabilitatea fotometrica ± 0,00003 A la 1 A
- acuratețea lungimii de unda ± 0,05 nm
- repetabilitatea lungimii de unda ± 0,025 nm
- stabilitatea lungimii de unda < 0,0002 A/h
- zgomotul fotometric < 0,00001 A”

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Roșca Sivia	Președinte/Conducător	
2	Peiu Sergiu	Secretar	
3	Braga Svetlana	Membru	
4	Zinicovschi Angelica	Membru	
5	Breahnă Dorin	Membru	
6	Beiu Svetlana	Membru	