

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1744624060362 / 21403905 din 06.05.2025									pag.1 din 1
Denumirea procedurii de achiziție : Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT 2									Lot 54
Cod CPV	Nr.lot	Denumire lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	54	Pipetă de laborator cu 8 canale	Pipetă de laborator cu 8 canale	<u>Se propune</u> MicroPettePlus 50-300 µl Cat.nr. 7030303012	China	DLAB Scientific Co.	"Volum pipetat reglabil 40±10 – 300 µl Ajustarea volumului Cu butonul din capătul pistonului Număr de canale 8 Autoclavabilă- Da"	MicroPettePlus 50-300 µl -pipeta de laborator cu 8 canale Autoclavabilă - cu volum variabil 50-300 µl (se cere "Volum pipetat reglabil 40±10 – 300 µl) - broșura pag.6; 11. Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom., pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii , Ajustarea volumului - se efectueaza cu butonul din capătul pistonului - broșura pag.6 Dozator complet Autoclavabil la temperatura de 121°C <u>Se anexeaza:</u> Certificat de conformitate, Brosura pag.: 6 ; 11 Manual de utilizare	ISO,CE Nr inregistrarii la AMDM - DM000373576

Numele,Prenumele : **Varman Irina** _În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ProfilabDiagnostic SRL** Adresa: **mun. Chisinău, str. Dokuceaev,6**

semnat electron