


Specificatii tehnice (F4.1)

I.M. Regia "Autosalubritate"

Numărul Licitatiei : 21016409				Data: 20.12.2019		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Alcotester				Lot:		Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
38500000-0	<b>Alcotester</b> Aparat electronic care verifică cantitatea alcoolului în aerul expirat, trebuie să aibă capacitatea de a memora minim 5000 de rezultate precedente, echipat cu printer, în stare să efectueze minim 300 de analize pe zi, alimentare autonomă și de rețea, va fi echipat cu minim 100 muștucuri, rezistent la lovituri, posibilitate de conectare la calculator pentru verificarea datelor, compatibil cu operațiunile de calibrare.	USA	LT	Conform invitației	<b>Alcotester LX9</b> Aparat electronic care verifică cantitatea alcoolului în aerul expirat, trebuie să aibă capacitatea de a memora minim <b>10000</b> de rezultate precedente, echipat cu printer, <b>poate efectua analize nelimitat pe zi</b> , alimentare autonomă și de rețea, va fi echipat cu minim <b>150</b> muștucuri, rezistent la lovituri, posibilitate de conectare la calculator pentru verificarea datelor, compatibil cu operațiunile de calibrare.	ISO, CE.

Semnat:  Numele, Prenumele: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: Profilabdiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

