

Specificații tehnice								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647865439164/21053606								
Denumirea procedurii de achiziție: Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen/bilumen necesar urgent 30 zile								
Cod CPV	Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33140000-3	1	Lot 1. Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	CV-04701	SUA	Teleflex Arrow	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 9F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 10F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml- 10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	1: Cateter cu un lumen: 14 Ga. (2,2 mm OD) x 20 cm, găuri laterale 1: ghidaj cu arc, marcat: 0,032" (0,81 mm) diametru x 23-5/8" (60 cm) (Vârf moale drept la un capăt vârf „J” la celălalt) cu Arrow Advancer cu marcaj ECG 1: Ac introductor: 18 Ga. x 2- 1/2" (6,35 cm) XTW 1: Seringă: 5 ml Luer-Slip 1: Dilator de țesut: 7 Fr. (2,3 mm) x 10,2 cm 1: Butuc ajustabil SecondSite™: Element de fixare 1: Butuc reglabil SecondSite™: Clemă pentru cateter	CE/ISO

33140000-3	2	Lot 2. Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	CV-15802	SUA	Teleflex Arrow	"Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; "	Cateter cu doi lumeni: 8 Fr. (2,8 mm OD) x 20 cm 1: Ghidaj cu sârmă cu arc, marcat: 0,032" (0,81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm) (Vârf moale drept la un capăt - Vârf "J" pe Altele) cu Arrow Advancer cu marcaj ECG 1: Ac introductor: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm) XTW 1: Seringă: 5 ml Luer-Slip 1: Dilator de țesut: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm 2: Capac de praf: Neventilat 1: Butuc reglabil SecondSite™: Element de fixare 1: Butuc reglabil SecondSite™: Clemă pentru cateter	CE/ISO
------------	---	--	----------	-----	----------------	--	--	--------

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **DUBALARI Pavel** În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult.**

Specificații de preț								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647865439164/21053606								
Denumirea procedurii de achiziție: Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen/bilumen necesar urgent 30 zile								
Cod CPV	Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33140000-3	1	Lot 1. Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	buc	150	190.00	228.00	28,500.00	34,200.00
33140000-3	2	Lot 2. Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	buc	200	360.00	432.00	72,000.00	86,400.00
Total							100,500.00	120,600.00

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **DUBALARI Pavel**

În calitate de: **Specialist achizitii publice, Jurisconsult.**