

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21006926 din 05 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale, accesorii pentru utilaj medical pentru anul 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	4	Cateter intravenos periferic cu port suplimentar pentru perfuzie, G20	1001X	India	Welmed	Dimensiune G20	Sterile, de unică folosință, ac atraumatic cu bizou cu triplă tăietură, camera transparentă, aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire, port inject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei, risc minim de obstrucție a lumenului-lumen flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire, cateter din poliuretan cu linii radioopace și port de injectare. Codul Produsului: 1001X Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ **Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director**

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7