

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1614010776088	Data: „6” martie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Consumabile medicale	Lot: 6 -13	Pagina: din

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33198200-6	6	Rulou termosigilant 135mmx200 p/sterilizare	Rulou termosigilant 135mmx200 p/sterilizare SR135200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare. Codul produsului: SR135200	CE, ISO
33198200-6	7	Rulou p/sterilizare termosigilant 150mmx200m	Rulou p/sterilizare termosigilant 150mmx200m SR15200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare. Codul produsului: SR15200	CE, ISO
33198200-6	8	Rulou p/sterilizare termosigilant 200mmx200m	Rulou p/sterilizare termosigilant 200mmx200m SR20200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare Codul produsului: SR20200	CE, ISO
33198200-6	9	Rulou p/sterilizare termosigilant 75mmx200m	Rulou p/sterilizare termosigilant 75mmx200m SR75200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare Codul produsului: SR75200	CE, ISO
33198200-6	10	Rulou p/sterilizare termosigilant 250mmx200m	Rulou p/sterilizare termosigilant 250mmx200m SR25200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare	Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare Codul produsului: SR25200	CE, ISO
33198200-6	11	Indicatoare 134 -20 min nr.1000	Indicatoare 134 -20 min nr.1000 Cod: 40.100	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Teste sterilizare cu termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării	Teste sterilizare cu termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării. Cod: 40.100	CE, ISO
33198200-6	12	Indicatoare 134 -5min. Nr.1000	Indicatoare 134 -5min. Nr.1000 Cod: 60.105	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Teste sterilizare cu termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării	Teste sterilizare cu termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării. Cod: 60.105	CE, ISO
33198200-6	13	Indicatoare 134-18 min. nr.1000	Indicatoare 134-18 min. nr.1000 Cod: 40.100	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Teste sterilizare cu termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării	Teste sterilizare cu termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării. Cod: 40.100	CE, ISO
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: ICS “Farmina” SRL Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**