

Specificații tehnice (F4.1)


*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3.wdp1-MD-1578924453408](#) din **02.02.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Licitatie deschisă**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul artico-lului	Tara de origine	Prodi-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>							
24455000-8	<b>Lot 11.</b> Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat	Thermosept NKZ	Germania	Schulke &Mayr	Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare.	Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4	CE și/sau SM, ISO 13485 și/sau ISO 9001
24455000-8	<b>Lot 12.</b> Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat	Thermosept X-tra 127604	Germania	Schulke &Mayr	Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare.	Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4	CE și/sau SM, ISO 13485 și/sau ISO 9001
24455000-8	<b>Lot 13.</b> Dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscopelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)	Thermosept ED 181001	Germania	Schulke &Mayr	Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid, sporicid. Produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a	Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid, sporicid. Produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L	CE și/sau SM, ISO 13485 și/sau ISO 9001

24455000-8	<p><b>Lot 14.</b> Detergent pentru reprocerea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L.)</p>	Thermosept X-tra 127604	Germania	Schulke & Mayr	<p>Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Soluscope S1 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani.</p>	<p>Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L</p>	CE și/sau SM, ISO 13485 și/sau ISO 9001
24455000-8	<p><b>Lot 15.</b> Dezinfectant pentru reprocerea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L.)</p>	Thermosept ED i81001	Germania	Schulke & Mayr	<p>Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani.</p>	<p>Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid, sporicid. Produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L</p>	CE și/sau SM, ISO 13485 și/sau ISO 9001
24455000-8	<p><b>Lot 16.</b> Detergent pentru reprocerea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L.)</p>	Thermosept X-tra 127604	Germania	Schulke & Mayr	<p>Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani.</p>	<p>Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L</p>	CE și/sau SM, ISO 13485 și/sau ISO 9001



Numele, Prenumele: Dan Chereg, în calitate de: Director Executiv  
 Serviciul "Serviciu de Dezinfecție și Sterilizare - Chirurgie", Adresa: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău

**Specificații de preț (F4.2)**

*Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1578924453408 din 02.02.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Licitație deschisă**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24455000-8	Lot 11. Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat	litru	120	115	138	13800	16560	Incotermis 2013, la solicitare, în decurs de 15 zile din data	MD38TRPCCC5 18430A00076AA
24455000-8	Lot 12. Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat	litru	120	165	198	19800	23760		
24455000-8	Lot 13. Dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)	litru	400	194	209,52	77600	83808		
24455000-8	Lot 14. Detergent pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L)	litru	200	213	255,6	42600	51120		
24455000-8	Lot 15. Dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)	litru	60	194	209,52	11640	12571,2		
24455000-8	Lot 16. Detergent pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)	litru	30	213	255,6	6390	7668		
	<b>Total</b>					171830	195487,2		

Numele, Prenumele: Dan Ghereg, în calitate de: Director Executiv

SEMPER PROTE

Ofertant: „Societatea cu Răspundere Limitată” „Sempere Prote” S.R.L. „Endo-Chirurgie”, Adresa: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău

