

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684829776028 / 21080975 din:23.05.2023 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției:Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă cod generic 300200) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana și Alexandru” (repetat)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă cod generic 300200	XBit 80	China	Chison Medical	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200 APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3-12 Mhz număr de elemente ≥192 Convex 1.5 - 5 Mhz număr de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Endovaginal 4-10 Mhz număr de elemente ≥192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 400000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 39 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spațiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) da Calcularea automată a translucentei nucleale da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Măsurarea automată a intimei-media da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD)	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cardiovascular APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN, Cardiovascular PROBE PORTURI 4- DA PROBE TIP, MHz Linear 3-16,8 Mhz L8M6-T număr de elemente ≥ 192 DA Convex 1.0 - 8,2 Mhz număr de elemente ≥ 192 DA Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) DA Endovaginal 4-15 Mhz E7MW-T număr de elemente ≥ 192DA NIVELE DE GRI ≥ 256 DA PREPROCESARE, canale digitale ≥ 600000 GAMA DINAMICA ≥ 390 dB Adâncimea scanării ≥ 45,8 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spațiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM DA Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex and Quadplex FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) da Calcularea automată a translucentei nucleale da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Măsurarea automată a intimei-media da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 512GB SSD HARD DISC	CE/ISO

					DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 12 inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR Rezoluție înaltă, $\geq 1920 \times 1080\text{px} \geq 21"$ Unghi de vizualizare $\geq 175^\circ$ Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Încălzitor gel da Imprimantă digitală alb-negru da Port USB ≥ 5 da DIVIZARE MONITOR da Gel 1 litru Hârtie termică 5 buc.	DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control touch-screen $\geq 13,3$ inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR Rezoluție înaltă, $\geq 1920 \times 1080\text{px} \geq 23,8"$ Unghi de vizualizare $\geq 175^\circ$ Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Încălzitor gel da Imprimantă digitală alb-negru da Port USB ≥ 5 da DIVIZARE MONITOR da Gel 1 litru DA Hârtie termică 5 buc.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
 Numele, Prenumele Jighili Tatiana
 În calitate de: administrator
 Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
 Adresa: str. Grenoble 193 of 1301