

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1751029875402 din 14.07.2025

Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2025 COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Periodicitatea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Ventilator de respirație artificială Jenny, MS Westfalia, Germania – 10 dispozitive	Ventilator de respirație artificială Jenny	Germania	Westfalia	Cantitatea – 10 dispozitive de ventilare Lucrări necesare: Lucrări de calibrare a modulelor interne de ventilare. Inlocuirea senzorului de flux (senzatronice flow sensor) – 4 buc. Inlocuirea valvei expiratorii (expiration valve, reusable) – 10 buc. Testarea dispozitivelor. Defectele – senzorii de presiune nu monitorizează corect presiunea de intrare a oxigenului.	Lucrări de calibrare a modulelor interne de ventilare. Inlocuirea senzorului de flux (senzatronice flow sensor) – 4 buc. Inlocuirea valvei expiratorii (expiration valve, reusable) – 10 buc. Testarea dispozitivelor.	Conform declarației	O lucrare obligatorie

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tugulea Valeriu În calitate de: Administrativ

Ofertantul: MedLux Group SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Duresti, str. Boris Zavatini 102