

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725027075046
Denumirea procedurii Achiziția Dispozitivelor medicale lista suplimentară conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
LOT 3						
Frigider pentru reactivi 200 L	YC-315 L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi, 200 L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configurație: mobil Capacitatea: ≥ 200 L Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie Număr de rafturi: ≥ 4 Lumină interior: Da Construcție interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Alarmer: acustică, vizuală Răcire: ventilată Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică: ±2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Accesorii: sertare Cerințe: Anul producerii	Frigider pentru reactivi, 200 L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configurație: mobil Capacitatea: 315 L Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie DA Număr de rafturi: 4 Lumină interior: Da Construcție interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Da Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Da Afisaj temperatură: digital Da Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Alarmer: acustică, vizuală Da Răcire: ventilată Da Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Da	CE/ DM000395535

				minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.	Omogenitatea/ uniformitatea termică: 1.1 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Da Refrigerent: fără CFC / HCFC Da Zgomot: 45 dB Accesorii: sertare Da Cerințe: Anul producerii minim 2023 Da Garanție minim 24 luni Da Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Da Training pentru personal tehnic Da Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Da	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

In calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău