

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1568205402364	Data: „19” septembrie 2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Achiziționarea serviciilor de reparație a dispozitivelor medicale pentru anul 2019	Lot: 3	Pagina: _1_ din _1_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50421000-2	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 3						
	Dispozitiv de hemodializă Fresenius 4008 S – 6 unit.	4008	Germania	Fresenius	Necesită mentenanță preventivă inclusiv proceduri de calibrare conform manualului de service	Lucrări Technical Safety Checks (Verificări tehnice de siguranță) Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiune (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de anestezare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrie în documentația tehnică de la producător, se îndeplinește calibrarea folosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune.	
	Total lot 3						
	TOTAL						

Semnat: _____ Dumitru Babinețchi în calitate de: administrator

Ofertantul: “PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 of.153