

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1640957526527 din 04.02.2022							
Obiectul de achiziție: Reagenților, accesorii și consumabile pentru laboratoarele diagnostice, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2022							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 5 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014). <u>La câștigul Lotului 5 vom livra comodat analizatorul COATRON ECO, TECO, Germania (Broșura cu indicarea parametrilor tehnici se anexează.)</u>							
33696500-0	Tromboplastină p/u COATRON M 1	A0230-040	Germania	TECO	tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. și ISI nu mai mic de 1,1 fl. pînă la 5 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător.	tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. și ISI nu mai mic de 1,1 fl. 4 ml, compatibil cu materialul de control, de la același producător. Instrucțiunea se anexează.	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33696500-0	Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1	P6001-010+ P6101-010	Germania	TECO	fl. pînă la 2 ml, să fie compatibil cu regentul de lucru, de la același producător.	Plasmă de control (normal+patologic) 2 fl.x1ml , compatibil cu regentul de lucru, de la același producător. Instrucțiunea se anexează.	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33696500-0	Fibrinogen set 4 fl x 2 ml + imidazol cantitate suficientă	A0511-020+ A0590-125	Germania	TECO	fl. pînă la 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător.	set 10fl x 2 ml + imidazol fl.x125ml, compatibil cu materialul de control, de la același producător.Instrucțiunea se anexează.	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33696500-0	Imidazol set 4 fl x 15 ml	A0590-125	Germania	TECO	fl. pînă la 15 ml , să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător.	fl. 125 ml , compatibil cu materialul de control, de la același producător.Instrucțiunea se anexează.	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33696500-0	Cuve p/u COATRON M1	24 100 00	Germania	TECO	cuve pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polesterol, amb. pînă la 1000 buc.	cuve pentru probe, compatibil cu COATRON ECO, din polesterol, amb. 500 buc.	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33696500-0	Eprubete pentru reagent COATRON M 1	80 531 00	Germania	TECO	compatibil cu COATRON M 1	compatibil cu COATRON ECO	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
Lotul 10 Specificații standard pentru investigații imunozimatică la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)							
33696500-0	Determinarea anticorpilor IgM (Quanti Spike) SARS-CoV-2 prin metoda ELISA, set 96 teste	TK034	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Cerințe generale, de asemenea sunt inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Specificitatea- 100%; Sensibilitatea-100%. Instrucțiunea se anexează.	Declaratia de Conformitate ; Certificat de calitate; Certificat ISO

33696500-0	Determinarea anticorpilor IgG (Quanti Spike) SARS-CoV-2 prin metoda ELISA, set 96 teste	TK040	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Cerințe generale, de asemenea sunt inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Specificitatea- 100%; Sensibilitatea-100% Instrucțiunea se anexează.	Declaratia de Conformitate ; Certificat de calitate; Certificat ISO
Lotul 11 Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea anticorpilor glandei tiroide.							
33696500-0	Anti - TG set 96 teste	K132	Federația Rusă	XEMA	set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 3000 IU/ml, să conțină și control	set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 3000 IU/ml, setul conține și control. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Instrucțiunea se anexează.	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
Lotul 12 Specificații standard pentru investigații imunologice(metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .							
33696500-0	Hemoculttest (IFOBT)	72001	SUA	LumiQuick	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuarea testului. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
Lotul 14 Specificații standard pentru investigații imunologice(metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .							
33696500-0	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori în mase fecale	71020	SUA	LumiQuick	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuarea testului. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
Lotul 16 Specificații standard pentru investigații imunoinzimactice la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)							
33696500-0	Anti - Ascaris lumbricoides IgG set 96 teste	TK051	Ucraina	Vitrotest	Set 96 teste, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și cut-off control .Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Set 96 teste, de asemenea sunt inclusi în afară de controlul negativ / pozitiv toți reagenții necesari pentru reacție, pregătite de producător, gata pentru utilizare, godeuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte 1 probă. Specificitatea- 100%; Sensibilitatea-100%. Instrucțiunea se anexează.	Declaratia de Conformitate ; Certificat de calitate; Certificat ISO
Lotul 36 Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice. Veselă și articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)							
33696500-0	Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar	212015	Italia	Syntesys	slaid p/u 10 microscopieri ambalaj pînă la 100 buc.	slaid p/u 10 microscopieri ambalaj pînă la 100 buc.	Certificat CE; Certificat ISO
Lotul 44 Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice. Veselă și articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)							
33696500-0	Hîrtie indicatoare a pH	LA335	India	HiMedia	set. 100 buc (stripuri), gradația pH de la 1,0-14,0 UN	set. 200 buc (stripuri), gradația pH de la 1,0-14,0 UN	Certificat CE; Certificat ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9