

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	21556314	Data: 13.02.2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2026	Lot: Nr. 1; 4; 7; 8; 9; 10	Pagina: _1_ din _3_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articolului	Tara origine	Producatorul	Specificatia solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia de pret catre ofertant	Standarde referinta
1	2	3	4	5	6	7	9
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
1	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la analizatorul biochimic semiautomat Stardust mc-15	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la analizatorul biochimic semiautomat Stardust mc-15			Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare-Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore.Piese de schimb 2 lampi si 2 panglici	Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare-Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore.Piese de schimb 2 lampi si 2 panglici	
	Lotul 4						
4,1	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la analizatorul biochimic automat Dimension	Servicii de mentenanță si deservire tehnicala analizatorul biochimic automat Dimension			Timpul de intervenție în caz de defect 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat	Profilaxia trimestrială a dispozitivelor conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului	

4,1	Piese de schimb p-u analizatorul biochimic automat „Dimension „, Cuvvete window (ferestre).	Cuvvete window	Germania	Siemens	Ambalaj original de la producator	Piese de schimb p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension „, in ambalaj original de la producator. Impachetare 5 buc/punga	
4,1	Kit de mentinanta compatibil pentru, Dimension pentru 12 luni.	Kit de mentinanta Dimension pentru 12 luni.	Germania	Siemens	Ambalaj original de la producator	Kit de mentenanta la 12 luni pentru analizaotrul automat de biochimie Dimension, in ambalaj original de la producator	
4,1	Piesă de schimb pentru analizatorul biochimic automat "Dimension" GEARIDLER Reagent arm	GEARIDLER Reagent arm	Germania	Siemens	Ambalaj original de la producator	Piesa de schimb si p-u analizatorul Biochimic automat „Dimension " in ambalaj original de la producator	
	Lotul 7						
7,1	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la analizatrul biochimic automat Respons 910	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la analizatrul biochimic automat Respons 910			Timpul de intervenție în caz de defect 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat.	Timpul de intervenție în caz de defect 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat.	
7,1	Kit de mentenanta pentru analizatorul biochimic automat ”Respons 910”	Kit de mentenanta pentru ”Respons 910”	Germania	Diasys	Ambalaj original de la producator	Kit de mentenanta la 12 luni pentru analizaotrul automat de biochimie ”Respons 910”, in ambalaj original de la producator	
	Lotul 8						
8,1	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la analizatrul de hemostaza Sysmex Ca 660	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la analizatrul de hemostaza Sysmex Ca 660			Timpul de intervenție în caz de defect 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat	Timpul de intervenție în caz de defect 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea va fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat.	

8,1	Kit de mentenanta, 12 luni pentru Sysmex Ca 660.	Kit de mentenanta, 12 luni Sysmex CA 660.	Germania	Siemens	Ambalaj original de la producator	Kit de mentenanta la 12 luni pentru analizaotrul automat de hemostaza Sysmex CA 660, in ambalaj original de la producator	
	Lotul 9						
9,1	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la Analizatorul automat hematologic Yumizen H 550	Servicii de mentenanță si deservire tehnica la Analizatorul automat hematologic Yumizen H 550			Timpul de intervenție în caz de defect – 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat	Timpul de intervenție în caz de defect – 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat	
9,1	Kit de mentenanta de 1 an Yumizen H 550	Kit de mentenanta de 12 luni Yumizen H 550	Franta	Horiba	Ambalaj original de la producator	Kit de mentenanta la 12 luni pentru analizaotrul automat de hematologie Yumizen H 550, in ambalaj original de la producator	
9,1	LMNEB ASSEMBLY KIT	LMNEB ASSEMBLY KIT	Franta	Horiba	Ambalaj original de la producator	Piesa de schimb si p-u analizatorul hematologic automat „Yumizen H550” in ambalaj original de la producator	
	Lotul 10						
10,1	Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru analizator biochimic automat Pentra C400	Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru analizator biochimic automat Pentra C400			Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. Timpul de intervenție în caz de defect – 12 ore.	Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. Timpul de intervenție în caz de defect – 12 ore.	
10,1	Kit de mentenanță pentru 6 luni și 12 luni	Kit de mentenanță pentru 6 luni și 12 luni	Franta	Horiba	Ambalaj original de la producator	Kit de mentenanta la 6/12 luni pentru analizatorul biochimic automat Pentra C400 , in ambalaj original de la producator	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dorel Turcanu În calitate de: Director vânzări

Ofertantul: Î.C.S. „DIAMEDIX IMPEX” S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău, Comuna Stăuceni, Str. Chișnău nr. 9 MD – 4839