

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1703576427108 din 17.01.2024						
Obiectul de achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile a.2024						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri:</b>						
<b>Lotul 1</b>						
TPHA	401040	Austria	DIALAB PRODUKTION UND VERTRIEB VON CHEMISCH-TECHNISCHEN PRODUKTEN UND LABORINSTRUMENTEN GMBH	<p>Unitatea de masura "Test". Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru 100 de teste.</p> <p>Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea <math>\geq 99.0\%</math> Specificitatea <math>\geq 99.0\%</math> Diferit de producatorul determinat castigator in cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024</p>	<p>Unitatea de masura "Test". Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru 100 de teste.</p> <p>Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea = 100.0% Specificitatea = 100 0% Diferit de producatorul determinat castigator in cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024. Instrucțiunea se anexează.</p>	ISO 13485
<b>Lotul 3</b>						
Mediu Stafilococ agar (Manitol Salt)	M118	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Mediu Stafilococ agar	Mediu Stafilococ agar	Certificat CE
<b>Lotul 4</b>						
Roxitromicin (Rondele cu antibiotici: fl x 50 rondele)	SD126	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Roxitromicin(Rondele cu antibiotici: fl x 50 rondele)	Roxitromicin(Rondele cu antibiotici: fl x 50 rondele)	Certificat CE

<b>Lotul 8</b>						
Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către <i>Borrelia burgdorferi</i>	EI-802	Ucraina	EKVITESTLAB	Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către <i>Borrelia burgdorferi</i> "; Unitatea de măsură "Test".	Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către <i>Borrelia burgdorferi</i> "; Unitatea de măsură "Test". Instrucțiunea se anexează.	ISO 13485
Determinarea calitativă anticorpilor IgM către <i>Borrelia burgdorferi</i>	EI-801	Ucraina	EKVITESTLAB	Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către <i>Borrelia burgdorferi</i> "; Unitatea de măsură "Test Elisa".	Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către <i>Borrelia burgdorferi</i> "; Unitatea de măsură "Test Elisa". Instrucțiunea se anexează.	ISO 13485
<b>Lotul 12</b>						
RPR (carbon)	495015	Austria	DIALAB PRODUKTION UND VERTRIEB VON CHEMISCH-TECHNISCHEN PRODUKTEN UND LABORINSTRUMENTEN GMBH	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopică. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 86.0% Specificitatea ≥ 98.0% Diferit de producătorul determinat câștigător în cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopică. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea = 100,0 % Specificitatea = 100.0% Diferit de producătorul determinat câștigător în cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024. Instrucțiunea se anexează.	ISO 13485
<b>Lotul 16</b>						
Teste pentru urină, compatibil cu echipamentul Mission U-500	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid, glucoza, protein,eritrocite,PH,nitrite	Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid, glucoza, protein,eritrocite,PH,nitrite. Broșura de la producător se anexează.	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lotul 39</b>						
Eprubeta din plastic conice,fara capac, 10ml, buc	318288	Italia	SYNTESYS S.R.L	Eprubeta din plastic conice,fara capac, 10ml, buc	Eprubeta din plastic conice,fara capac, 10ml, buc. Catalogul se anexează.	Certificat CE

<b>Lotul 40</b>						
Eprubeta din plastic conice, cu capac, 10ml, buc	318304+318070	Italia	SYNTESYS S.R.L	Eprubeta din plastic conice, cu capac, 10ml, buc	Eprubeta din plastic conice, cu capac, 10ml, buc. Catalogul se anexează.	Certificat CE
<b>Lotul 45</b>						
Cuve, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top	24 100 00	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set de 5000 cuve cu cod de bare de la producator compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X Top	Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set de 5000 cuve cu cod de bare de la producator compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X Top	Certificat de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Protrombin, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top	A230-040	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Protrombin,compatibil cu echip. Cuatron X Top, set 2000 teste	Protrombin,compatibil cu echip. Cuatron X Top, set 2000 teste	Certificat de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Fibrinogen, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top	A0511-020	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Fibrinogen,compatibil cu echip. Cuatron X Top, set 800 teste	Fibrinogen,compatibil cu echip. Cuatron X Top, set 800 teste	Certificat de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Plasma de control normă, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top	P6001-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Plasma de control normă, compatibil cu echip. Cuatron X Top	Plasma de control normă, compatibil cu echip. Cuatron X Top	Certificat de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Plasma de control patologică, compatibil cu echipamentul Cuatron X Top	P6101-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Plasma de control patologică,compatibil cu echip. Cuatron X Top	Plasma de control patologică,compatibil cu echip. Cuatron X Top	Certificat de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Calibratori pentru determinarea concentrației fibrinogenului, compatibil 4cu echipamentul Cuatron X Top	P8001-005	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Calibratori pentru determinarea concentrației fibrinogenului, Coatron X	Calibratori pentru determinarea concentrației fibrinogenului, Coatron X	Certificat de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9