

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1737382097026 din 20 ianuarie 2025						
Obiectul de achiziției: Servicii de verificare periodică a dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	
Lotul nr. 2 Aparat de ventilație artificială, mod. SV300, SV650, iVent201, Zisline MV 300, UVENT-T-S				Servicii de verificare periodică a Aparatelor de ventilație artificială.	Verificare periodică a dispozitivelor medicale cu eliberarea certificatului de inspecție și acreditată de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)- Certificatul de acreditare nr. OI-013 din 07.05.2024. Beneficiarul se obligă să prezinte la verificarea periodică	LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; Anexele PS DM.
Lotul nr. 4 Dispozitive de masurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)				Servicii de verificare periodică a Dispozitivelor de masurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice).		
Lotul nr. 5 Electrocardiograf cu 3 canale, mod. SE-3, iE300				Servicii de verificare periodică a Electrocardiografelor .		

Lotul nr. 7 Monitor pacient, mod. iM8, mod. JR2000D, iM60				Servicii de verificare periodică a Monitoarelor de pacienti.
Lotul nr. 8 Pulsoximetru, mod. H100B				Servicii de verificare periodică a Pulsoximetrelor.
Lotul nr. 9 Pompă de infuzie (cu seringă) JZB-1800				Servicii de verificare periodică a Pompelor de infuzie.
Lotul nr. 10 Sterilizator cu caldura uscata, mod. HAS-T70; GP-80, HAS-T200				Servicii de verificare periodică a Sterilizatoarelor cu căldură uscată.
Lotul nr. 11 Sterilizator cu aburi, mod. GP-400, M138, BKM-ZB21015206 (cu vacuum)				Servicii de verificare periodică a Sterilizatoarelor cu aburi.
Lotul nr. 12 Unitate electrochirurgicala, mod. RF-B, Diatermo 300D, Force FX-8CA, Shalia Sigma-400				Servicii de verificare periodică a Unității electrochirurgicale.

dispozitivele medicale în stare întregă și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnică a dispozitivelor medicale (după necesitate).

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Molceanovschi Ivan În calitate de: Director

Ofertantul: "Inspect Test" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, MD-2069