

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1621594090716	Data: 29 iunie 2021 Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	Lot nr 18 Pag 1 din 3

Cod CPV	Nr Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310 0000-1	18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Tija femurala necimentata	EcoFit hip stem cementless CPTI standard, lateralized REF 30393062-30393200 30394062 - 30394200	Germania	implant cast GmbH	<ul style="list-style-type: none"> - Confecționată din material de titan - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a fijeii, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijeii protetice; - Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri metadiafizare - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv posterior. 	<ul style="list-style-type: none"> - Confecționată din material de titan - Acoperire cu titan poros prezent in zona metafizara a tijeii protetice; - Tija prezinta sanțuri metadiafizare - Disponibila in 12 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv 	ISO 13485, Certificat CE
3310 0000-1	18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cupa acetabulară necimentata	EcoFit cup EPORE cementless, NH cementless, REF 02200742-02200772	Germania	implant cast GmbH	<ul style="list-style-type: none"> - Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 30 % si prezinta grosimea acoperirii de la 100 pina la 300 μm (Bile sinterizate, Fibra metalica sau Titan Poros) sau confectionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA ; - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism robust de fixare a insertului polimeric in cupa (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului); - Trebuie sa prezinte diametrele externe in minim 10 dimensiuni; - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de 32, 36 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie 	<ul style="list-style-type: none"> - confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate 61% ± 8% si prezintagrosimea acoperirii 360 μm ± 50 μm (Fibra metalica); - Cupa prezinte forma hemisferica completa; - mecanism robust de fixare a insertului polimeric in cupa (santuri circumferentiale suplimentare la cupa); - diametrele externe 16 dimensiuni; - accepta inserturi cu interiorul de 32, 36 mm; - 3, 7 orificii pentru utilizarea suruburilor - 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, 14 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare necimentata, tip press- fit - sterila - instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv. 	ISO 13485, Certificat CE

							necimentata, tip press- fit - Sa fie sterila - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tije femurale prin abord minim-invaziv posterior.		
3310 0000-1	18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Insert cross – linkat	implacross © PE insert REF 02232837-02233652 02242835-02243652	Germania	implant cast Gmbh	- Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link. - Sa accepte capete de 32, 36 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem aditional de blocare al insertului insertului (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului) - Sa fie steril .	- confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link. - accepte capete de 32, 36 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem aditional de blocare al insertului (santuri circumferentiale suplimentare la cupa) - steril	ISO 13485, Certificat CE
3310 0000-1	18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural metalic	Ic-head CoCrMo taper 12/14 REF 23873200 - 23873225 23873600 - 23873625	Germania	implant cast Gmbh	-Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 mm - Minim 4 lungimi de col ; -Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ; -Sa fie steril.	- confectionat din aliaj de Co Cr si pentru a se obtine parametrii buni la coroziune si rezistență se adauga molibden (Mo); -Diametrul exterior de 32, 36mm - 6 lungimi de col ; - con intern 12/14 ; -steril	ISO 13485, Certificat CE
3310 0000-1	18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Șuruburi de cupă	spongiosa screw flat head size Ø 6,5 REF 02801015-02801080	Germania	implant cast Gmbh	Șuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.	Șuruburi de cupă diam 6,5 cu 14 lungimi de la 15 pina la 80 mm =	ISO 13485, Certificat CE
3310 0000-1	18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, in custodie	DAA EcoFit Container, REF 7999-7047, 7999-7048 GIS acetabulum reamer container REF 7999-0800	Germania	implant cast Gmbh	Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, in custodie (Set standard asociat cu retractore speciale si miiner offset petnru alezarea cotilului)	Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv, in custodie (Set standard asociat cu retractore speciale si miiner offset petnru alezarea cotilului)	ISO 13485

				EcoFit EPORE cup Container REF 0220-0036 GIS retractor container REF 7999-7514					
3310 0000- 1	18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	NS-1511, ND-3511	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co. Ltd	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie (pentru fiecare beneficiar)	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie (pentru fiecare beneficiar)	ISO 13485, Certificat CE
3310 0000- 1	18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Lame pentru motor oscilant	Saw Blades RJ5050	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co. Ltd	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	ISO 13485, Certificat CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Axentii Olga

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL SALMED GRUP Adresa: mun. Chisinau, str. Gh. Casu, 12 ap. 3