

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1714736695852 din 07.05.2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Circuit respirator pentru nou – născut, compatibil cu ventilator Avea Standart	Circuit respirator pentru nou – născut, compatibil cu ventilator Avea Standart	Lituania	Intersurgical	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart	Circuit ventilație flexibil, 10 mm, cu un fir încălzit pe ramul de inspir, o capcana de apa pe ramul de expir, camera de umidificare, linie de monitorizare și extensie suplimentară. Conectori elastomerici pentru conectare la Draeger BabyLog Infinity VN 500, Avea Standard și alte echipamente. Camera de umidificare integrată este compatibilă cu MR 750/850, are sistem de autoumplere, valvă dublă, filtru prevenire impurități, indicatori vizibili la nivelul apei Fără latex. De unică utilizare. Ambalat individual. Inscriptiune clară pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricației, data expirării, nr. de lot și marcaj CE. Cod: 4519810	CE și ISO producător
Total lot 1						
Lotul 2						
Circuit respirator pentru nou – născut, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	Circuit respirator pentru nou – născut, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	Lituania	Intersurgical	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	Circuit ventilație flexibil, 10 mm, cu un fir încălzit pe ramul de inspir, o capcana de apă nouă pe ramul de expir, linie de monitorizare și extensie suplimentară. Compatibil cu umidificatorul MR 750/850 Conectori pentru conectare la VAP E3 Mindray, VAP Elisa 800 și alte echipamente. Fără latex. De unică utilizare. Ambalat individual. Inscriptiune clară pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricației, data expirării, nr. de lot și marcaj CE. Cod: 4506850	CE și ISO producător
Total lot 2						
Lotul 3						
Circuit respirator pentru nou – născut, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	Circuit respirator pentru nou – născut, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	Lituania	Intersurgical	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	Circuit ventilație flexibil, 10 mm, cu un fir încălzit pe ramul de inspir, o capcana de apă nouă pe ramul de expir, linie de monitorizare și extensie suplimentară. Compatibil cu umidificatorul MR 750/850 Conectori pentru conectare la VAP E3 Mindray, VAP Elisa 800 și alte echipamente. Fără latex. De unică utilizare. Ambalat individual. Inscriptiune clară pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricației, data expirării, nr. de lot și marcaj CE. Cod: 4506850	CE și ISO producător
Total lot 3						
Lotul 4						

<i>Circuit respirator pentru nou – născut, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500</i>	<i>Circuit respirator pentru nou – născut, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500</i>	Lituania	Intersurgical	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	Circuit ventilatie flexibil, 10 mm, cu un fir incalzit pe ramul de inspir, o capcana de apa pe ramul de expir, camera de umidificare, linie de monitorizare si extensie suplimentara. Conectori elastomerici pentru conectare la Draeger BabyLog Infinity VN 500, Avea Standard si alte echipamente. Camera de umidificare integrata este compatibila cu MR 750/850, are sistem de autoumplere, valva dubla, filtru prevenire impuritati, indicatori vizibili la nivelul apei Fara latex. De unica utilizare. Ambalat individual. Inscriptionare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Cod: 4519810	CE si ISO producator
Total lot 4						
Lotul 6						
<i>Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella</i>	<i>Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella</i>	Lituania	Intersurgical	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	Circuit ventilatie nFlow CosyFit CPAP, cu fir incalzit, lungime 1,8m De unica utilizare. Set compus din: - Circuit nFlow CosyFit nou-nascut CPAP cu fir incalzit 1,8m – 1 buc. - Generator nazal de flux nFlow CosyFit – 1 buc. - Camera umidificare, compatibila cu circuitele Fisher Paykel, MR 850 – 1 buc. - Caciulita nFlow CosyFit – 1 buc. - Prong nazal nFlow – 3 buc. Caciuliutele sunt disponibile in 12 marimi si prongurile in 3 marimi. Inscriptionare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Cod: 4800020 (include prongs) + caciulita + camera de umidificare	CE si ISO producator
Total lot 6						
Lotul 7						
<i>Circuit resuscitare T-Piece nou-născut, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer</i>	<i>Circuit resuscitare T-Piece nou-născut, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer</i>	Lituania	Intersurgical	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	Circuit de resuscitare T-Piece cu tub flexibil, diametru tubulatura 10mm, lungime 1.2m cu supapa PEEP ajustabila pentru reglarea presiunii, cot dublu rotative prevazut cu 3 conectori pentru conectare la aparat: 10F-10M, 15M-10M si 15F-10M, compatibil cu Panda Warmer si Airshields Draeger RW. De unica utilizare. Fara latex. Ambalat individual. Inscriptionare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Cod: 6433000	CE si ISO producator
Total lot 7						
Lotul 8						
<i>Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut, compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW</i>	<i>Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut, compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW</i>	Lituania	Intersurgical	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosința cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	Circuit de resuscitare T-Piece cu tub flexibil, diametru tubulatura 10mm, lungime 1.2m cu supapa PEEP ajustabila pentru reglarea presiunii, cot dublu rotative prevazut cu 3 conectori pentru conectare la aparat: 10F-10M, 15M-10M si 15F-10M, compatibil cu Panda Warmer si Airshields Draeger RW. De unica utilizare. Fara latex. Ambalat individual. Inscriptionare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Cod: 6433000	CE si ISO producator
Total lot 8						
Lotul 133						

<i>Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN</i>	<i>Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN</i>	Italia	Behringer	Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN	Debitmetru/ Flow metru vertical pentru oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min. Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bila interioară din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 3-5 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN. Materialele folosite sunt din metal pentru corpul debitmetrului și policarbonat pentru coloana gradată. Barbotorul / Umidificatorul sterilizabil este utilizat în terapia cu oxigen pentru umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Este conectat în sistemul de respirație după debitmetru, are capacitate maximă de 300 cc. și capac din plastic cu ieșire pentru conectare la tub cu diametrul de 8 mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Corpul umidificatorului este din policarbonat, iar capacul din polipropilenă. Este un dispozitiv medical non-activ de clasa a II-a și biocompatibil conform standardelor ISO 10993-1. Cod: HF078+HU004	CE si ISO producator
Total lot 133						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: DURDUN MARGARETA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: TMS - TOP MEDICAL SUPPLIER

Adresa: Chișinău, Republica Moldova, Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075