

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1684912671971 din 24.05.2023
Obiectul achiziției:Echipament de protecție și accesorii X-ray pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5		6	7
1. Perdea flexibilă de protecție cu raze X	312/E	Kenex	Marea Britanie	Zonă de siguranță:	92 cm latime x 70 cm inaltime	Conform specificatiei tehnice solicitate	CE
				Metoda de fixare:	La șină pentru accesorii de masă		
				Grosimea stratului de plumb:	0,5mm		
				Flexibilitatea:	Brațul pivotant și articulația din mijloc se pot pivota spre exterior din partea mesei pentru a forma aripa de 46 sau 63 cm		
				Compatibilitate:	Angiograf Shimadzu Trinias C12. Analogic cu model Kenex 312/e-011/p		
				Garantie:	24 luni.		
3.Casetă FCR pentru imagini digitale de înaltă calitate	16251625 -IP Caseta 15189368-IP Ecran	Japonia	Fujifilm	Tip:	set IP Cassette Type CC si IP ecran	Conform specificatiei tehnice solicitate	CE
				Dimensiune:	14" x 17" (35.4 x 43.0 cm)		
				Radioprotectie:	Casetă standard FCR cu folie de plumb pe spate		
				Compatibilitate cu citor:	Fujifilm X-Ray FCR Capsula XLII		
				Compatibilitate cu aparat de roentghen:	Shimadzu MobileArt Eco MUX-10		
				Suport cu Software:	Calibrarea sensibilității de citire in timp de perioada de garantie dupa necesitate		

				Garantie:	24 luni.		
4. DapMetru	158 00 15	Germania	VacuTec	VacuDAP OEM	Compatibil cu X-ray Shimadzu Flexavision F3, anul producerii 2014	Conform specificatiei tehnice solicitate	CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Andrei Botnaru În calitate de: Director

Ofertantul: Neotec SRL Adresa: Chisinau, str.Zaikin, 37