

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763538474005 din 05.01.2026

Obiectul de achiziției: Achiziționarea centralizată a serviciilor de mentenanță preventivă a dispozitivelor medicale, pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolul ui	Țar a de orig ine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Înreg AMED
1	2		3	4	5	6	7	8
504000 00-9	23	23 Servicii de mentenanță pentru X-ray staționar (MoviPlan și Lem Plus iC)	23.1. Mentenanță pentru X-ray staționar MoviPlan 800, Villa, Italia 23.2. Mentenanță pentru X-ray staționar Lem Plus iC, Villa, Italia	Italia	Moviplan	Conform caietului de sarcini privind mentenanța dispozitivelor medicale 2026	Lucrări de mentenanță preventive – DA, enumerate mai jos Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandării producătorului dispozitivului medical. 1. Obligatoriu se va prezenta lista lucrărilor de mentenanță și numărul de intervenții planificate de mentenanță de la producător, care urmează să fie desfășurată. 2.Prezentarea listei detaliate cu costul fiecărei activități întreprinse. 3.Prezentarea listei cu prețul piese de schimb, kit de mentenanță care urmează să fie înlocuite în procesul de mentenanță. Numărul de intervenții tehnice asupra dispozitivului medical conform recomandării producătorului dar nu mai puțin decât numărul de intervenții solicitate. Agentul economic v-a asigura lucrări de întreținere a dispozitivului medical solicitat și lucrări pentru toate dispozitivele aferente care sunt în legătură directă cu dispozitivul medical, sau accesorii. Înlăturarea tuturor defecțiunilor depistate, tehnice cât și cele de program. Intervenții de urgență Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute (erori tehnice, calibrare, resetare). Intervenții de urgență cu reacționarea în maxim 24 ore de la notificarea defecțiunii, problemei, timpul intervenției telefonică maxim 1 oră, soluționarea problemei nu mai mult de 72 ore de la notificare. Chemarea inginerului companiei poate fi în formă scrisă cât și telefonică. Generarea din partea agentului economic a unui raport cu toate acțiunile de reparație, remediere interprinse și indicarea pieselor utilizate. Controlul prin verificare a dispozitivelor medicale - Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și prinderilor roților, etc.); - Verificare parametri tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare intrerupători, etc.); - Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului; - Verificare conectori și cabluri; - Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up; - Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului; - Verificare și curățare filtre; - Verificare și curățare ventilatoare de răcire; - Verificare si calibrare ecran; - Descărcare fișiere de loguriși erori; - Verificare parametrii de protecție electrică conform EN 60601; - Evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare; - Verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.). - Verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare; - Eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - Curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - Curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente; - Verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).	ISO 13485; ISO 9001; EU CE
504000 00-9	42	42 Servicii de mentenanță pentru X-ray mobil Visitor T 30 C-DR, Villa, Italia	Visitor T 30 C-DR	Italia	Moviplan			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Maria Morozov În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23

