

Specificații tehnice (F4.1)
Anexa nr. 22 La Documentația standard

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1643724171354	Data: 22.02.2022	
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale - 2022.	Lot: 8.	Pagina: _1_din _2_

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Poziția 8.1: Compresor BOTTARINI KS-124					
8.1	50421 000-2	Compresor BOTTARINI KS-124	–Schimbare ulei tip AEON 3000 la următoarele temperaturi ale compresorului (> 93°C la 1000h, 88-92°C la 2000h, 70-88°C la 3000h (ulei inclus) x 4ori/an; –Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x 4ori/an; –Schimbare filtru aer (filtru inclus) x 4ori/an; –Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x 2ori/an; –Schimbare valvă de admisie aer de la blocul ENDURO 25 (la necesitate); –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate; –Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000h (piese p/u reparație incluse); –Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei, x 2ori/an; - <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</i> –<i>Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune;</i> –<i>Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	–Schimbare ulei tip AEON 3000 la următoarele temperaturi ale compresorului (> 93°C la 1000h, 88-92°C la 2000h, 70-88°C la 3000h (ulei inclus) x 4ori/an; –Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x 4ori/an; –Schimbare filtru aer (filtru inclus) x 4ori/an; –Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x 2 ori/an; –Schimbare valvă de admisie aer de la blocul ENDURO 25 (la necesitate); –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate; –Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000h (piese p/u reparație incluse); –Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei, x 2ori/an; - <i>Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic;</i> –<i>Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune;</i> –<i>Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.</i>	CE
Poziția 8.2: Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550					
8.2	50421 000-2	Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; –Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; –Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an;	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; –Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; –Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an;	CE

			-Analizator pentru senzor de oxigen Zirconia 0-96% (piesă nouă din partea operatorului economic) la necesitate; -Senzor de oxigen Zirconia 0-96% (piesă nouă din partea operatorului economic) la necesitate; -Schimbare filtru INMATEC nou x 2ori/an; -Schimbare microfiltru INMATEC x 2ori/an; -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	-Analizator pentru senzor de oxigen Zirconia 0-96% (piesă nouă din partea operatorului economic) la necesitate; -Senzor de oxigen Zirconia 0-96% (piesă nouă din partea operatorului economic) la necesitate; -Schimbare filtru INMATEC nou x 2ori/an; -Schimbare microfiltru INMATEC x 2ori/an; -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	
Poziția 8.3: Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150					
8.3	50421 000-2	Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150	-Demontare, verificare și curățare filtru aer tip M, schimbare noi x 2ori/an; - Demontare, verificare și curățare filtru aer tip S, schimbare noi x 2ori/an; - Demontare, verificare și curățare filtru aer tip A, schimbare noi x 2ori/an; - Demontare, verificare și curățare filtru aer preuscător, schimbare noi x 1ori/an; -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	-Demontare, verificare și curățare filtru aer tip M, schimbare noi x 2ori/an; - Demontare, verificare și curățare filtru aer tip S, schimbare noi x 2ori/an; - Demontare, verificare și curățare filtru aer tip A, schimbare noi x 2ori/an; - Demontare, verificare și curățare filtru aer preuscător, schimbare noi x 1ori/an; -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	CE

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: MolDan- Service SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16