

		Specificații tehnice (F4.1)							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:		LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1618557081221					Data: „9” mai 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021 (repetat 3)					Lot: 2	Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8	
3310000-1	1	Sistem portabil de monitorizare microbiologică a aerului	Sistem portabil de monitorizare microbiologică a aerului				1.Va asigura la prelevare toate condițiile în corepsundere cu indicațiile ISO 14698 partea 1 și 2 în plăci Pietri de 90 mm 2.Diametrul Capului de Prelevare - 10cm 3.Debit nominal de aer, litri / min -100 ± 2,5% 4.Volume de prelevare în lit: a) pentru standardele de 50, 100, 250, 500, 1000 b) modificare manuală cu definirea de la 1 la 2000 litri; c) reglare debit de aer.		
3310000-1	2	Centrifugă cu racire	Centrifugă cu racire	8KBS	Germania	Sigma - Laborzentrifugen GmbH	Destinație: pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere. 1.Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sange la un ciclu. Volumul unui container triplu de sânge, ce urmează a fi centrifugat este de 513 ml ±10%. 2.Construcție solidă, pentru utilizare continuă, ce va asigura protecția activității dispozitivului 3.Toleranța dezechilibru aprox. 30g 4.Diapazon minim cu rotor – 100 ± 50 rpm; 5.Diapazon maxim cu rotor – nu mai puțin de 4500 rpm; 6.Identificare automata a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei 7.Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a) răcire în stand-by 8.Temperatura reglabilă între 20°C....+40°C 9.Suprafețele interioare (incinta) de inox 10.Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent; 11.Capacitatea paharului de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge; 12.Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului; 13.Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posibilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric; 14.Unitatea de control integrată în panoul de comandă; 15.Interfața RS232 sau echivalentul pentru transmitere/transfer de date; 16.Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifuge, controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind usor de programat cu o singură mână sau cu mănuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi; indicând în permanență atât valorile prestate, cât și cele actuale; 17.Posibilitate de memorare minim 10 programe; 18.Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare; 19.Dotată cu picioare reglabil cu roți; 20.Dotată cu 24 de pahare din plastic rezistent cu o capacitate de ampalsare a 2	A se vedea specificatia tehnică anexată	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Eduard Apostol În calitate de: Director Adjunct

Ofertantul: SRL PHARMONY Adresa: Str. Studentilor 7/7 ap.85, Mun. Chisinau, Republica Moldova