

## Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1709627543822

Obiectul achiziției: “**Deservire și întreținere dispozitive medicale**”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
<b>CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX- 303A/AC  LOT 9.1</b>	<b>Aquilion PRIME</b>	<b>Japonia</b>	<b>TOSHIBA/CANON MEDICAL SYSTEMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice</li> <li>– Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice</li> <li>– Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry)</li> <li>– Verificarea și curățirea filtrelor de aer</li> <li>– Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare)</li> <li>– Evaluarea și calibrarea calității imaginii <ul style="list-style-type: none"> <li>– Instructajul personalului medical</li> <li>– Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> </ul> </li> <li>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</li> <li>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</li> <li>–Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice</li> <li>– Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice</li> <li>– Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry)</li> <li>– Verificarea și curățirea filtrelor de aer <ul style="list-style-type: none"> <li>– Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare)</li> </ul> </li> <li>– Evaluarea și calibrarea calității imaginii</li> <li>– Instructajul personalului medical <ul style="list-style-type: none"> <li>– Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> </ul> </li> <li>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</li> <li>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</li> <li>–Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.</li> </ul>	<b>CE, ISO</b>

				<p>curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.</p> <p>–Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</p> <p>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</p> <p>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</p> <p><b>Serviciile vor fi prestate trimestrial</b></p>	<p>–Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</p> <p>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</p> <p>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</p> <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>	
<p><b>CT TOSHIBA</b> <b>Aquilion PRIME TSX-303A/AC</b></p> <p><b>LOT 9.2</b></p>	<b>Aquilion PRIME</b>	<b>Japonia</b>	<b>TOSHIBA/CANON MEDICAL SYSTEMS</b>	<p>Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic). Schimbarea unității de înscriere discuri optice DVD-RW (la necesitate). Serviciile vor fi prestate trimestrial.</p>	<p>Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic). Schimbarea unității de înscriere discuri optice DVD-RW (la necesitate). Serviciile vor fi prestate trimestrial.</p>	<b>CE, ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)