

SPECIFICAȚII TEHNICE

Solicitant: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1785402621214 / 21661756	din 07 august 2026
Obiectul de achiziție:	Reactive hematologice – 2026 (2)	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
1		1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320						
1.1	33696000-5	1.1. Diluent Cell Pack, set 1 x 20 L	Cellpack	Japonia	Sysmex	1.1. Diluent Cell Pack, set 1 x 20 L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - canistra 20 l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 1.1. Diluent Cell Pack, 20 L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - canistra 20 L. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului KX-21N, XQ-320;	CE, ISO
1.2	33696000-5	1.2. Reagent Stromatolyser-WH, set 3 x 500ml	Stromatolyser-WH	Japonia	Sysmex	1.2. Reagent Stromatolyser-WH, set 3x500ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - set 3x500 ml. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 1.2. Reagent Stromatolyser-WH, set 3x500ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - set 3x500 ml. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului KX-21N, XQ-320;	CE, ISO
1.3	33696000-5	1.3. Detergent Cellclean CL-50, set 1 x 50ml	Cellclean	Japonia	Sysmex	1.3. Detergent Cellclean CL-50, set 1x50ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - flacon 50 ml. Setul de soluție de detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 1.3. Detergent Cellclean CL-50, set 1x50ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - flacon 50 ml. Setul de soluție de detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului KX-21N, XQ-320;	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
1.4	33696000-5	1.4. Control Eightcheck-3WP Lov Level, set 1 x 1,5ml	Eightcheck-3WP L	Japonia	Sysmex	1.4. Control Eightcheck-3WP Lov Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel patologic mic, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 1.4. Control Eightcheck-3WP Lov Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel patologic mic, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producatorul analizatorului KX-21N, XQ-320;	CE, ISO
1.5	33696000-5	1.5. Control Eightcheck-3WP Normal Level, set 1 x 1,5ml	Eightcheck-3WP N	Japonia	Sysmex	1.5. Control Eightcheck-3WP Normal Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel normal, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 1.5. Control Eightcheck-3WP Normal Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel normal, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producatorul analizatorului KX-21N, XQ-320;	CE, ISO
1.6	33696000-5	1.6. Control Eightcheck-3WP High Level, set 1 x 1,5ml	Eightcheck-3WP H	Japonia	Sysmex	1.6. Control Eightcheck-3WP High Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel patologic înalt, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 1.6. Control Eightcheck-3WP High Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel patologic înalt, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producatorul analizatorului KX-21N, XQ-320;	CE, ISO
1.7	33696000-5	1.7. Transducer WBC	Transducer No.8 (WBC)	Japonia	Sysmex	1.7. Transducer WBC - Cerințe specifice: Transducer WBC (camera de numărare a leucocitelor și formulei leucocitare) originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automat hematologic Sysmex KX-21N. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 1.7. Transducer WBC - Cerințe specifice: Transducer WBC (camera de numărare a leucocitelor și formulei leucocitare) originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automat hematologic Sysmex KX-21N. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producatorul analizatorului KX-21N, XQ-320;	CE, ISO
2		2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)						
2.1	33696000-5	2.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare, set: 1canistra x 20L	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	2.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare, set: 1canistra x 20L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - canistra 20 l. Componenta: Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 99,9% . Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 2.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare, set: 1canistra x 20L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - canistra 20 l. Componenta: Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 99,9% , Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-1000i;	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
2.2	33696000-5	2.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil, set: 2fl x 22ml	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex	2.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil, set: 2fl x 22ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - Set: 2 fl x 22 ml. Componenta: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	2.2. Conform cerințelor: Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil, set: 2fl x 22ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - Set: 2 fl x 22 ml. Componenta: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizorului XN-1000i;	CE, ISO
2.3	33696000-5	2.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff, set: 1fl x 2L	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex	2.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff, set: 1fl x 2L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - Set: 1 flacon x 2 l. Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4 diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile + bazofile). Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	2.3. Conform cerințelor: Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff, set: 1fl x 2L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - Set: 1 flacon x 2 l. Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4 diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile + bazofile). Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizorului XN-1000i;	CE, ISO
2.4	33696000-5	2.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge, set: 3 x 500ml	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	2.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge, set: 3 x 500ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - Set: 3 fl x 500 ml. Componenta: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru determinarea a concentrației de hemoglobină în sânge. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	2.4. Conform cerințelor: Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge, set: 3 x 500ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - Set: 3 fl x 500 ml. Componenta: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru determinarea a concentrației de hemoglobină în sânge. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizorului XN-1000i;	CE, ISO
2.5	33696000-5	2.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleare, set: 2 x 82ml	Fluorocell WNR	Japonia	Sysmex	2.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleare, set: 2 x 82ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului - Set: 2 fl x 82 ml. Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru colorarea structurii interne celulelor nucleare din probele diluate și lizate în prealabil. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	2.5. Conform cerințelor: Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleare, set: 2 x 82ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producător analizorului - Set: 2 fl x 82 ml. Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru colorarea structurii interne celulelor nucleare din probele diluate și lizate în prealabil. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizorului XN-1000i;	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
2.6	33696000-5	2.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor, set: 1fl x 5L	Lysercell WNR	Japonia	Sysmex	2.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor, set: 1fl x 5L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului Set: 1 fl x 5 L. Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilor, leucocitelor și eritrocitelor nucleate. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 2.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor, set: 1fl x 5L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului Set: 1 fl x 5 L. Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilor, leucocitelor și eritrocitelor nucleate. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-1000i;	CE, ISO
2.7	33696000-5	2.7. Detergent Cellclean CL-50 p/u menținută zilnice, set: 1fl x 50ml	Cellclean	Japonia	Sysmex	2.7. Detergent Cellclean CL-50 p/u menținută zilnice, set: 1fl x 50ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului Set: 1 fl x 50 ml. Componenta: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduii celulare, proteine din sistemului hidraulic al analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 2.7. Detergent Cellclean CL-50 p/u menținută zilnice, set: 1fl x 50ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standard de la producătorul analizorului - Set: 1 fl x 50 ml. Componenta: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduii celulare, proteine din sistemului hidraulic al analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-1000i;	CE, ISO
2.8	33696000-5	2.8. Materialul de control XN Check Level 1, set: 1fl x 3ml	XN Check L1	Japonia	Sysmex	2.8. Materialul de control XN Check Level 1, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 1 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 2.8. Materialul de control XN Check Level 1, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 1 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-1000i;	CE, ISO
2.9	33696000-5	2.9. Materialul de control XN Check Level 2, set: 1fl x 3ml	XN Check L2	Japonia	Sysmex	2.9. Materialul de control XN Check Level 2, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 2 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 2.9. Materialul de control XN Check Level 2, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 2 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-1000i;	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
2.10	33696000-5	2.10. Materialul de control XN Check Level 3, set: 1fl x 3ml	XN Check L3	Japonia	Sysmex	2.10. Materialul de control XN Check Level 3, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 3 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 2.10. Materialul de control XN Check Level 3, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 3 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-1000i;	CE, ISO
2.11	33696000-5	2.11. Calibrator XN CAL, set: 1fl x 3ml	XN CAL	Japonia	Sysmex	2.11. Calibrator XN CAL, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - Set: 1 fl x 3 ml. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru calibrarea hemoglobinei. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 2.11. Calibrator XN CAL, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - Set: 1 fl x 3 ml. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru calibrarea hemoglobinei. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-1000i;	CE, ISO
2.12	33696000-5	2.12. Unitate p/u prelucrarea eprubetelor	ASP_ASSY (PM) NO.8	Japonia	Sysmex	2.12. Unitate p/u prelucrarea eprubetelor - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor: 2.12. Unitate p/u prelucrarea eprubetelor - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-1000i;	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**