

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție COP.21270144 / ocds-b3wdp1-MD-1724051316526 din 30.08.2024

Obiectul de achiziție: **Achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor pentru dispozitivele medicale, pentru anul 2024 (Repetat)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 15. Senzor de flux, reutilizabil, compatibil cu mașina de anestezie Drager Fabius Plus	6871980	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Senzor de flux, reutilizabil, compatibil cu mașina de anestezie Drager Fabius Plus	Senzor de flux, reutilizabil, compatibil cu mașina de anestezie Drager Fabius Plus (produs original de la producătorul dispozitivului de bază)	ISO, CE
Lot 16. Senzor de flux, reutilizabil, compatibil cu mașina de anestezie Drager Primus	6871980	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Senzor de flux, reutilizabil, compatibil cu mașina de anestezie Drager Primus	Senzor de flux, reutilizabil, compatibil cu mașina de anestezie Drager Primus (produs original de la producătorul dispozitivului de bază)	ISO, CE
Lot 18. Senzor SpO2, reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Masimo Rad-G	4325	USA	Masimo Corporation	Senzor SpO2, reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Masimo Rad-G	Senzor SpO2, reutilizabil p/u nou născuți, cu conectare directă la Pulsoximetru Masimo Rad-G (produs original de la producătorul dispozitivului de bază, nu necesită cablu de interconectare)	ISO, CE
Lot 20. Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare compatibil cu monitor pacient Drager Vamos	7262764 + MS17330	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare compatibil cu monitor pacient Drager Vamos	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare compatibil cu monitor pacient Drager Vamos (produs original de la producătorul dispozitivului de bază)	ISO, CE
Lot 36. Capcană de apă + furtun, compatibilă cu modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Drager Primus	6872130 + 8290286	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Capcană de apă + furtun, compatibilă cu modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Drager Primus	Capcană de apă + furtun, compatibilă cu modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Drager Primus (produs original de la producătorul dispozitivului de bază)	ISO, CE
Lot 37. Capcană de apă cu filtru+furtun, compatibilă modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Fabius Plus	6872130 + 8290286	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Capcană de apă cu filtru+furtun , compatibilă modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Fabius Plus	Capcană de apă cu filtru+furtun , compatibilă modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Fabius Plus (produs original de la producătorul dispozitivului de bază)	ISO, CE
Lot 39. Capcană de apă + furtun, compatibilă modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Drager Perseus A500	6872130 + 8290286	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Capcană de apă + furtun, compatibilă modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Drager Perseus A500	Capcană de apă + furtun, compatibilă modulul de gaze anestezice, unitatea de anestezie Drager Perseus A500 (produs original de la producătorul dispozitivului de bază)	ISO, CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**