

Specificații tehnice (Anexa nr. 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1674027345606 (Achizitii.md ID 21071838) din 22.02.2023						
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile pentru dispozitive medicale conform necesităților IMSP INN „Diomid Gherman”						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
24. Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anestezie Circuit de respiratie	2154000 + 1915000	UK/Lituania	Intersurgical	a) Doua furtune gofrate cu o lungime de 700-900 mm - 1 buc. b) Un furtun cu o lungime de 200-600 mm cu un diametru 15F / 22F - 1 buc. c) Capcană de apă autoclavabilă - 1 buc. d) Sac de respiratie - 1 buc.	În corespundere cu cerințele solicitate	ISO, CE
31. Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anestezie Filtru respirator	MP01770	Germania	Draegerwerk	respirator, antibacterial și antiviral 99.99%	În corespundere cu cerințele solicitate	ISO, CE
49. Sorbent CO2	2179000	UK/Lituania	Intersurgical	pentru Aparatele de anestezie, canistre de 5kg	În corespundere cu cerințele solicitate	ISO, CE,

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**