

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657178525574 din 22.07.2022

Obiectul achiziției: Materiale, consumabile și instrumentar stomatologic

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Cleme digă fără aripioare	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentech	Franța	Dentech	Metal inoxidabil , set minim 8 buc ,tip clemă pentru fiecare dinte	Clame din metal inoxidabil pentru fixare Set-8 bucăți	Certificat CE
12	Sistem matrice anatomice +inele de fixare	Kit de matrice sectionale, Huanghua SC01	China	Huanghua	Prezentare: set 3 inele(diverse mărimi), acoperire branșe silicon «Soft-Face™», matrice anatomice asortate - 80 buc, pini interdentali asortați - 70 buc, clește fixator inele - 1 buc	Kit de matrice sectionale, Huanghua SC01	Certificat CE
19	Bisturiu	Lame N10-25, Medesy	Italia	Medesy	Marimi : 15;15B;15C , cu profil lame drept- 100 BUC CUTIE	Lame N10-25, Medesy	Certificat CE

20	Clește de extracție în asortiment	Clește pentru extractii, UD 101-178	Pakistan	Super Dental	Inox aliaj dur	Clește pentru extractii, UD 101-178	Certificat CE
21	Elevator pentru extracții	Elevator pentru extractii UD 786	Pakistan	Super Dental	cu virf drept nr.3,4,5 în asortiment - material confectionare - otel inoxidabil/aliat	Elevator pentru extractii UD 786	Certificat CE
22	Aspiratoare de salivăchirurgical	Aspirator chirurgical Medesy 910	Italia	Medesy	Aspiratoare chirurgicale autoclavabile cu virf de 3mm-5mm metalice, inox	Duza de aspirare metalica (aspirator, extractor de saliva) Duza are marginile rotunjite - nu lezeaza tesuturile moi invecinate; Gaura de presiune a zonei de lucru – previne absorbtia tesuturilor moi; - diametru - 3,0 mm; - inox chirurgical; - instrumentul este autoclavabil;	Certificat CE
23	Pensete atraumatice anatomice paradontale	Pinceta anatomica Adson 12cm, UD 786-603	Pakistan	Super Dental	12-16 cm	Pinceta anatomica Adson 12cm, UD 786-603	Certificat CE
24	Decolatoare mucogingivale	Elevator periostaltic, Medesy	Italia	Medesy	Otel inoxidabil; cu partile active diferite	Elevator periostaltic, Medesy	Certificat CE
52	Discuri diamantate	Disc diamantat - model 1, Eagle	China	Eagle	P-u separare puntilor de metalo-ceramică cu două părți diamantate, Dimensiuni: Diametru 22 mm, grosimea 1,5 microni	Disc diamantat - model 1, Eagle	Certificat CE

53	Linguri perforate p- u adentietotală și parțială	Lingura inox perfor. f/margina, Medesy	Italia	Medesy	Aliaj de inox pentru maxilarul superior și inferior (30/30), marimea(M sau 2) si (L sau 3), perforate	Lingura inox perfor. f/margina, Medesy	Certificat CE
56	Disc diamantat pentru separarea bonturilor din super ghips	Disc diamantat - model 3, Eagle	China	Eagle	Diametrul-45, flexibil	Disc diamantat - model 3, Eagle	Certificat CE
71	Ceara Renfert pt baie	GEO-Dip, 200g , Renfert	Germania	Renfert	Ceara Renfert pt baie	Ceară moale cu o contracție minimă pentru tehnicile de coroană și punte. Avantaje Îndepărtare fără deformare datorită capacelor de ceară elastice și rezistente la rupere. Potrivit pentru ceramică solidă și presată, deoarece sunt ceară organică care ard fără reziduuri. Specificații Temperatura recomandată este de 90-92 de grade Celsius. Zona de topire este de 72-86 de grade Celsius. Culoare - portocaliu, transparent. Duritate: moale.	Certificat CE
72	Piesa chirurgicală contraunghipentru fiziodispenser	Piesa chirurgicala unghi	China	COXO	Rotatia 20:1, cu Led , material de confectionare titan, pensă push- button, pentru freză cu diametrul 2.35, racire externa, viteza 2000	Sistem de iluminat cu fibra optica Piesă de mână cu viteză mică: viteză 20:1	Certificat CE

		"CX235C6-22", COXO			r/mp	Push button Spray: intern și extern Viteza maxima: 2000 rpm	
--	--	-----------------------	--	--	------	---	--

Nume: Mihail Arnaut

Funcția: Director

Data: 20.07.2022

Adresa: Str. Ghiocailor 1

Semnătura