

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763629136943 din 20 nov 2025, 11:08 - 27 nov 2025, 10:00

Obiectul achiziției: Servicii de control tehnic a instalațiilor radiologie pentru anul de activitate 2026

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
Lot 1 Servicii de control tehnic a instalațiilor radiologie pentru anul de activitate 2026								
7135 6100 -9	1	BRIVO DR-F (CCD str. Vadul lui Vodă 80)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana.	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare;	Autorizație radiologică

						Verificări periodice o dată în an ianuarie	Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie	
7135 6100 -9	2	X Frame DR EZ(CCD str. Vadul lui Vodă 80)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie	Autorizație radiologică
7135 6100 -9	3	CRDD- 09- ALFA (CMF 8 str. Voluntarilor 3)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere.	Autorizație radiologică

						4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie	3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**