

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21044484, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1632226792085 din data 12.10.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Teste rapide antigen pentru detectarea SARS-Cov-2 N1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100001	Teste rapide antigen pentru detectarea SARS-Cov-2 N1	Test Rapid pentru depistare infecții 2019-NCOV Antigen Test KIT	Turcia	SA“ONOSE M ONCOLOJIK SISTEMLER SANAYI VE TIKARET”	<p>1.Test rapid imunocromatografic pentru identificarea calitativă a antigenilor specifici SARS-COV-2;</p> <p>2.Posibilitatea de a testa probele prelevate nazofaringian și orofaringian;</p> <p>3.Citirea vizuală a rezultatelor, nu necesită echipament adițional;</p> <p>Ușor de folosit;</p> <p>Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute;</p> <p>Sensibilitate: $\geq 95\%$;</p> <p>Specificitate: $\geq 99\%$;</p> <p>Condiții de păstrare: temperatura camerei;</p> <p>Ambalaj: 1 test/set care să conțină toate componentele necesare pentru efectuarea testului.</p> <p>10. Să nu existe reactivitate încrucișată cu coronavirusuri</p>	<p>1.Test rapid imunocromatografic pentru identificarea calitativă a antigenilor specifici SARS-COV-2;</p> <p>2.Posibilitatea de a testa probele prelevate nazofaringian și orofaringian;</p> <p>3.Citirea vizuală a rezultatelor, nu necesită echipament adițional;</p> <p>Ușor de folosit;</p> <p>Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute;</p> <p>Sensibilitate: $\geq 97,59\%$;</p> <p>Specificitate: $\geq 99,22\%$;</p> <p>Condiții de păstrare: temperatura camerei (de la +2°C+40°C);</p> <p>Ambalaj: 1 test/set conține toate componentele necesare pentru efectuarea testului.</p> <p>10. Nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri</p>	Standardelor în vigoare,

					<p>patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A /B)</p> <p>11. Tipul testului: casetă; 12. Marca CE, IVD; 13. Dovada înregistrării în Uniunea Europeană sau precalificare OMS.</p> <p><i>Valabilitatea testelor: de cel puțin 80% din termenul de valabilitate total al produsului</i></p>	<p>patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A /B);</p> <p>11. Tipul testului: casetă; 12. Marca CE, IVD; 13. Înregistrat în Uniunea Europeană și recunoscut mutual, poate fi verificat la adresa oficală: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/1199.</p> <p><i>Valabilitatea testelor: de cel puțin 80% din termenul de valabilitate total al produsului</i></p>	
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat:

Numele,
Prenumele:

Celik
Erol în
calitate
de:
Administ
rat
or și
benefi

**ciar
efectiv**

Ofertant
ul:

**SRL
Oncos
em
Group**

,
Adresa:

**mun.
Chişin
ău,
bd.Mo
scova,
2,
of.69**

Data: **11.10.2021**