

			Specificații tehnice (F4.1)					
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1709215368773				Data: „29” aprilie 2024	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024 (repetat)				Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1		2	3	4	5	6		7
33100 00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (copii 3 luni-18 ani)	SIGNIA Stretta M	Danemarca	WSAUD A/S	Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor) Îșierea maximală 128 dB și mai mult Căștigul maximal 56-80 dB Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback - prezent Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator		• Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) - 2022 (Declarație producător în setul de acte) • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1 an (declarație producător în setul de acte) • Îșierea maximală - 130 dB (fișa de date tehnice) • Căștigul maximal - 61 dB (fișa de date tehnice) • Nivelul de zgomot - 18 dB (fișa de date tehnice) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 110Hz (fișa de date tehnice) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 8100Hz (fișa de date tehnice) • Coeficientul distorsiunelor armonice - 1/2/3/-% (fișa de date tehnice) • Anti-feedback- Prezent (fișa de date tehnice) • Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului - 32 (fișa de date tehnice) • Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA - prin intermediul bobinei telefonice integrate în suportul pentru baterie (fișa de date tehnice) • Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv - Da; • Sincronizare și coordonare binaural - prezent - e2e wireless 3.0 (denumirea din fișa tehnică); • Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală cu tub subțire pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, - da • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil - prezent: Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi gasite în următoarele documente:</u> 1. Document: <i>Date tehnice Stretta M</i> - Pag.2, Produs: <i>Stretta M</i> , Rubricile: <i>Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator</i> - Pag.6 / <i>Stretta M / Features and accessories</i> - Pag.7 / <i>Stretta M / Features and accessories/ Style specific features/e2e wireless 3.0</i> 2. <i>Stretta_Catalog</i>
33100 00-1	2	Proteze auditive pentru surditate severă (copii 3 luni-18 ani)	SIGNIA Stretta HP	Danemarca	WSAUD A/S	Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor) Îșierea maximală 134 dB și mai mult Căștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator		• Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) -2022 (Declarație producător în setul de acte) • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1an (Declarație producător în setul de acte) • Îșierea maximală - 141dB; (fișa de date tehnice) • Căștigul maximal - 81 dB; (fișa de date tehnice) • Nivelul de zgomot - 17 dB; (fișa de date tehnice) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 120 Hz (fișa de date tehnice) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 5900Hz (fișa de date tehnice) • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/4/1/-% (fișa de date tehnice) • Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 32 (fișa de date tehnice) • Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA - prin intermediul bobinei telefonice integrate în suportul pentru baterie (fișa de date tehnice) • Anti-feedback - Prezent (fișa de date tehnice) • Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii - da • Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii - prezent - e2e wireless 3.0 (denumirea din fișa tehnică) • Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale,, - da • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil - prezent Chișinau și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi gasite în următoarele documente:</u> 1. Document: <i>Date tehnice Stretta HP</i> - Pag.2 Produs: <i>Stretta HP</i> , Rubricile: <i>Technical Data / Type/ Earhook/ Ear Simulator</i> . Pag.6 / <i>Stretta HP / Features and accessories</i> - Pag.7 <i>Stretta HP / Features and accessories/ Style specific features/e2e wireless 3.0</i> 2. <i>Stretta_Catalog</i>

33100 00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (copii 3 luni- 18 ani)	SIGNIA Stretta HP	Danemarca	WSAUD A/S	Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor) Înșirirea maximală 140 dB și mai mult Câștigul maximal 81dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”). Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5100 Hz Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator	• Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării) -2022 (Declarație producător în setul de acte) • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1an (Declarație producător în setul de acte) • Înșirirea maximală - 141dB; (fișa de date tehnice) • Câștigul maximal - 81 dB; (fișa de date tehnice) • Nivelul de zgomot - 17 dB; (fișa de date tehnice) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 120 Hz (fișa de date tehnice) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 5900Hz (fișa de date tehnice) • Coefficientul distorsiunelor armonice - 5/41/-% (fișa de date tehnice) • Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 32 (fișa de date tehnice) • Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA - prin intermediul bobinei telefonice integrate în suportul pentru baterie (fișa de date tehnice) • Anti-feedback - Prezent (fișa de date tehnice) • Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii - da • Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii - prezent - e2e wireless 3.0 (denumirea din fișa tehnică) • Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală, moale,, - da • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil - prezent Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</u> 1. Document: <i>Date tehnice Stretta HP</i> - Pag.2 Produs: <i>Stretta HP</i>, Rubricile: <i>Technical Data / Type/ Earhook/ Ear Simulator</i>. Pag.6 / <i>Stretta HP / Features and accessories</i> - Pag.7 <i>Stretta HP / Features and accessories/ Style specific features/e2e wireless 3.0</i> 2. <i>Stretta_Catalog</i>
---------------	---	---	----------------------	-----------	--------------	--	---

Semnat: Chirtoacă Ludmila, În calitate de: Administrator
Ofertantul: Acustmed SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 49