

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: 21090677 din 07.09.2023						
Obiectul de achiziție: Consumabile medicale (listă suplimentară) delegată de CAPCS II						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 11						
Lot 11 Sonda Blakmore din cauciuc	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sonda Blakmore din cauciuc	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	Declaratie de conformitate
Total lot 11						
Lotul 21						
Lot 21 Robinete 3-direcționale	CHW002	Slovakia.	CHIRANA T. Injecta, a s	3-direcționale, rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril	CHIRAWAYTM 3-way stopcock , rezistent la presiune 5.5 bar REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306594	CE
Total lot 21						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23