

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1707482961910](#)

Denumirea procedurii de achiziție **Piese de schimb pentru utilaje medicale existente la IMSP AMT Centru.**

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 5						
Tub de raze X	0.6/1.2P364DK-85(N)	Japonia	Shimadzu	Descriere: Destinată pentru utilizarea în sistemul radiografic digital Shimadzu RAD Speed; Anod rotativ-da; Tensiunea: 40÷150 kV; Tensiunea filamentului: ≤7,67V; Curentul filamentului: ≤5,6°; Putere: min 65kW; Dimensiunea spotului focal, mm: 0.6 și 1.2; Capacitatea termică, kHU: ≥ 400; Rata de răcire, kHU/min: ≥ 1200; Viteza de start a anodei, rpm: min. 9000 rpm. *prețul va include instalarea și calibrarea.	Tub raze X ,model: 0.6/1.2P324DK-85(N)-original: Anod rotativ-da; Tensiunea: 40÷150 kV; Tensiunea filamentului: =7,67V; Curentul filamentului: =5,6A; Putere: 65kW; Dimensiunea spotului focal, mm: 0.6 și 1.2; Capacitatea termică, kHU: = 400kHU; Rata de răcire:= 1600W; Viteza de rotire a anodului, rpm: 9700 rpm. prețul include instalarea și calibrarea.	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău

