

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1718705196502 / 21239831					Data: „ ” 20__		Alternativa nr.:
Denumirea licitației		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani					Pagina: din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6	8	
	2	Diatermocoagulator	Diatermocoagulator	SEAL V10GMS	Franta	Lamidey Noury	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează cureni electrice de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz. Canale de ieșire Monopolar izolat-Da, Comutator de mână da, Comutator de picior tip pedală, Bipolar da.</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere Putere maximă- minim 300 W- Tensiune maximă-2000V</p> <p>Coagulare Putere maximă- minim 120 W Tensiune maximă- 4000V</p> <p>Bipolar Tăiere Putere maximă- minim 80 W Tensiune maximă- 480V</p> <p>Coagulare Putere maximă- minim 50 W Tensiune maximă- 300V</p> <p>Funcție de autotestare da</p> <p>Canal de ieșire independentă da</p> <p>Indicator acustic, vizual, Control volum sunet</p> <p>Set accesorii pentru aplicații Cablu pentru conectarea electrozilor activi autoclavabili -1buc</p> <p>Cablu pentru conectarea electrozilor neutri autoclavabili - 1 buc</p> <p>Electrod neutru autoclavabil adulti- 1 buc</p> <p>Ginecologice:</p> <p>Electrod tip ansa adulti autoclavabile - 1buc</p> <p>Chirurgicale:</p> <p>Electrod p'u taere (tip cutit) autoclavabil- 1buc</p> <p>Electrod pentru coagulare (tip pensa)-1 buc</p> <p>Cablu pentru proceduri endochirurgicale- 1 buc</p> <p>NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică</p> <p>Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (MSP CS Râșcani).</p> <p>Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.</p>	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează cureni electrice de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz---450kHz-output specification</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat-Da, pag 14, Comutator de mână da, pag 31, Comutator de picior tip pedală, pag 14, Bipolar da, pag 14</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere Putere maximă- minim 300 W---370W-output specification</p> <p>Tensiune maximă- 2000V-Da-output specification</p> <p>Coagulare Putere maximă- minim 120 W-170 W pag 26</p> <p>Tensiune maximă- 4000V-Da-output specification</p> <p>Bipolar Tăiere Putere maximă- minim 80 W-250W pag 25</p> <p>Tensiune maximă- 480V-Da-output specification</p> <p>Coagulare Putere maximă- minim 50 W-pag 26</p> <p>Tensiune maximă- 300V-Da-output specification</p> <p>Funcție de autotestare da- pag 16</p> <p>Canal de ieșire independentă da Da</p> <p>Indicator acustic-pag 14</p> <p>vizual- Da-pag 14</p> <p>Control volum sunet da pag 14</p> <p>Set accesorii pentru aplicații Cablu pentru conectarea electrozilor activi autoclavabili -1buc- V11MCT9N , V11xxxx pag 38 (5 buc; la alegerea beneficiarului catalog electrozi anexat).</p> <p>Cablu pentru conectarea electrozilor neutri autoclavabili - 1 buc V11S1C catalog anexat</p> <p>Electrod neutru autoclavabil adulti- 1 buc V11S1C catalog anexat</p> <p>Ginecologice:</p> <p>Electrod tip ansa adulti autoclavabile - 1buc V11XXX dimensiuni la alegerea beneficiarului catalog ane anexat</p> <p>Chirurgicale:</p> <p>Electrod p'u taere (tip cutit) autoclavabil- 1buc V11CCDI capslog electrozi</p> <p>Electrod pentru coagulare (tip pensa)-1 buc VPM20D20 catalog anexat</p> <p>Cablu pentru proceduri endochirurgicale- 1 buc V11FM40 catalog anexat</p> <p>NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.</p> <p>Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (MSP CS Râșcani).</p> <p>Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.</p>	DM000530446

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durllești, str. Vasile Lupu 6

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. LP nr. oeds-b3wdp1-MD-1718705196502 / 21239831

Data: „ ___ ” _____ Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani							Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
33100 000-1	2	Diatermocoagulator	Diatermocoagulator	bucată	1	237400,00	Nu se aplică TVA	237400,00	Nu se aplică TVA	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlști, str. Vasile Lupu 6