

Specificații tehnice									
		/Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8/							
Numărul licitației:		LP nr.						Data: „ ” 20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025 (repetat 2)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100 000-1	1	Balon „cutting” spiral	Balon „cutting” spiral	Wolverine H74939401102000, H74939401152000, H74939401102250, H74939401152250, H74939401102500, H74939401152500, H74939401102750, 401152750, H74939401103000, H74939401153000, H74939401103250, H74939401153250, H74939401103500, H74939401153500, H74939401103750, H74939401153750, H74939401104000, 401154000 H74939 H74939	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon „cutting” Cu spiral propretăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru balon: 2.0-4.0 mm. Lungime balon 9 - 15 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon „cutting” Cu spiral propretăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru balon: 2.0-4.0 mm. Lungime balon 9 - 15 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	DM000302667, DM000302669, DM000302675, DM000302661, DM000302668, DM000302660, DM000302672, DM000302670, DM000302674, DM000302664, DM000302671, DM000302659, DM000302662, DM000302658, DM000302663, DM000302665, DM000302673, DM000302666
33100 000-1	3	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	pRELAX ® PRELAX-4-20	Germany	Femtos/ Phenox	Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea Noble Alloy Coating . Constructie flexibila, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Platinum. Compatibilitatea cu: 0.021” ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 29 mm Lungimea utilizabilă 20 mm. Lungimea ghidului 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea Noble Alloy Coating . Constructie flexibila, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Platinum. Compatibilitatea cu: 0.021” ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 29 mm Lungimea utilizabilă 20 mm. Lungimea ghidului 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000619283
33100 000-1	12	Endograft aortic	Endograft aortic	BeGraft aortic BGA1912_1 - xxxxx- BGA4824_2 (toate din catalog)	Germany	Bentley	Endograft aortic un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035” si teaca introducatoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Possibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru.SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035”; Diametru 12mm, compatibil cu teaca 9F, lungimi disponibile 29,41,61cm. Shaft 80, 120cm. SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035”; Compatibil cu teaca 6,7,8F, în dependenta de dimensiunea stentului; Diametre: 5- 10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm.	Endograft aortic un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035” si teaca introducatoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Possibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru.	DM000362787, DM000362788, DM000362815, DM000362796, DM000362790, DM000362816, DM000362807, DM000362819, DM000362791, DM000362797, DM000362820, DM000362814, DM000362804, DM000362824, DM000362799, DM000362789, DM000362801, DM000362823, DM000362800, DM000362798, DM000362818, DM000362813, DM000362821, DM000362810, DM000362812, DM000362822, DM000362809, DM000362806, DM000362811, DM000362794, DM000362793, DM000362802, DM000362808, DM000362795, DM000362792, DM000362817 ,DM000362805, DM000362786, DM000362803, DM000362825

33100 000-1	15	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Embotrap III ET307522 ET307537 ET307645	Irlanda	NEURAVI LIMITED/ Cerenovus	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis Structura din Nitinol, impletita de tip "cos". Prevazut cu 2 sau 3 zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului. Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis Structura din Nitinol, impletita de tip "cos". Prevazut cu 2 sau 3 zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului. Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm	DM000754048, DM000754049, DM000754050
33100 000-1	20	Balon „cutting” spiral	Balon „cutting” spiral	Wolverine H74939401102000, H74939401152000, H74939401102250, H74939401152250, H74939401102500, H74939401152500, H74939401102750, H74939 401152750, H74939401103000, H74939401153000, H74939401103250, H74939401153250, H74939401103500, H74939401153500, H74939401103750, H74939401153750, H74939401104000, H74939 401154000	SUA	Boston Scientific	Balon „cutting” spiral Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cu proprietăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru balon: 2.0-4,0 mm. Lungime balon 9 - 15 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Balon „cutting” spiral Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cu proprietăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru balon: 2.0-4,0 mm. Lungime balon 9 - 15 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	DM000302667, DM000302669, DM000302675, DM000302661, DM000302668, DM000302660, DM000302672, DM000302670, DM000302674, DM000302664, DM000302671, DM000302659, DM000302662, DM000302658, DM000302663, DM000302665, DM000302673, DM000302666
33100 000-1	21	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	SYNERGY™ XD H7493941708220 - xxxx - H7493941732500 (toate diametre din brosură)	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singurare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singurare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000373006, DM000373029, DM000373026 DM000373032, DM000372999, DM000372995 DM000373045, DM000373041, DM000373044 DM000373008, M000373015, DM000373051 DM000373023, DM000372992, DM000372991 DM000373049, DM000373010, DM000373007 DM000373019, DM000373048, DM000373042 DM000373018, DM000373000, DM000373013, DM000373014, DM000373012, DM000373047, DM000373054 DM000372996, DM000373053, DM000373038, DM000373022 DM000373002, DM000373046, DM000373028, DM000373017, DM000373027, DM000373009, DM000373031, DM000373020, DM000373039, DM000373037 DM000373025, DM000373005, DM000373011 DM000373034, DM000373016, DM000373035 DM000373036, DM000373052, DM000372997 DM000373003, DM000373033, DM000373050 DM000373001, DM000373043, DM000372990 DM000373030, DM000373004, DM000372998, DM000373024, DM000373021, DM000372994 DM000373040, DM000372993

33100 000-1	23	Extensie pentru cate ghiduri	Extensie pentru cate-ghiduri	Guidezilla II H749 3933515060 Guidezilla™ II LONG H74939335150610 (pagina 4)	SUA	Boston Scientific	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Extensie pentru cate-ghiduri Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizăm vascular minimal. Marker radioopac la 2 mm de la virf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența încă a doi markeri radioopaci în porțiunea proximală a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Dimensiune disponibilă 145 -150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Extensie pentru cate-ghiduri Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizăm vascular minimal. Marker radioopac la 2 mm de la virf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența încă a doi markeri radioopaci în porțiunea proximală a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Dimensiune disponibilă 145 -150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	DM000268392, DM000268389
	24	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Back-up Meier™ Steerable Guidewire H965SCH306001 H965SCH306011	SUA	Boston Scientific	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.	DM000462671, DM000462670
33100 000-1	25	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Carotid WALLSTENT™ Monorail™ Endoprosthesis H965SCH647010 H965SCH647140 H965SCH647120 H965SCH647130 H965SCH647090 H965SCH647070 H965SCH647080 (din extras de catalog)	SUA	Boston Scientific	Stent pentru artere carotide cu celule inchise Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozei arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula închisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stent pentru artere carotide cu celule inchise Cerinte obligatorii fixe: Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozei arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula închisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Cerinte minime obligatorii: Dimensiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime.	DM000268382 DM000268388 DM000268386 DM000268387 DM000268385 DM000268383 DM000268384

33100 000-1	26	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Balon non-compliant de dimensiuni mari	NC Emerge™ PTCA Dilatation Catheter H7493927606400, H7493927608400, H7493927612400, H7493927615400, H7493927620400, H7493927630400, H7493927606450, H7493927608450, H7493927612450, H7493927615450, H7493927620450, H7493927606500, H7493927608500, H7493927612500, H7493927615500, H7493927620500, H7493927608550, H7493927612550, H7493927615550, H7493927620550, H7493927608600, H7493927612600, H7493927615600, H7493927620600	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000221822, DM000221814, DM000221781, DM000221775, DM000221783, DM000221779, DM000221817, DM000221785, DM000221805, DM000221786, DM000221788, DM000221808, DM000221815, DM000221824, DM000221793, DM000221800, DM000221808, DM000221819, DM000221812, DM000221828, DM000221827, DM000221823, DM000221820, DM000221829, DM000221816,
33100 000-1	27	Sistem de rotatie	Sistem de rotatie	Consola- ROTAPRO™ Rotational Atherectomy System Console Kit H74939309030 (pagina 8) plus Avansator cu bur - ROTAPRO Pre-Connected Burr and Advancing Device GTIN catalogului 1.50mm - 08714729893363 2.50mm - 08714729893424 2.15mm - 08714729893394 2.00mm - 08714729893387 1.25mm - 08714729893356 1.75mm - 08714729893370 Teaca ghid - ROTAWIRE™ Drive Guidewire(1 buc ghid 0,010") H802228240022 H802232390012	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe . Sistem de rotatie) Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide-demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) în diametru și este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2.15, 2,5 mm Cateterul are o lungime de 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe . Sistem de rotatie) Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide-demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) în diametru și este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2.15, 2,5 mm Cateterul are o lungime de 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Console : DM000422476 Avansator cu bur : DM000200778 DM000200772 DM000200774 DM000200773 DM000200779 DM000200777 DM000200776 DM000200775 Ghid: DM000422492 DM000422493
33100 000-1	31	Ghid rotawire	Ghid rotawire	Teaca ghid - ROTAWIRE™ Drive Guidewire H802228240022 H802232390012 (Rotapro brosură pagina 8)	SUA	Boston Scientific	Ghid coronarian de dimensiune 0,009" capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de aterectomie rotationala RotaPro.	Ghid coronarian de dimensiune 0,009" capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de aterectomie rotationala RotaPro.	DM000422492 DM000422493

33100 000-1	34	Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire	Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire	Synsiro PRO 419155 419161 419167 419173 419179 419185 419191 419197 419203419156 419162 419168 419174 419180 419186 419192 419198 419204 419157 419163 419169 419175 419181 419187 419193 419199 419205 419158 419164 419170 419176 419182 419188 419194 419200 419206 419159 419165 419171 419177 419183 419189 419195 419201 419207 419160 419166 419172 419178 419184 419190 419196 419202 419208	Switzerland	Biotrinik	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire -Material stent: Cobalt crom L605. - Substanta activa: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 µgm /mm². -Profil foarte subțire: 60-70 µg la stenturi cu diametrul <3 mm. -Lungime shaft obligatorii: 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). -Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. - Material balon: Semi cristalin polimer. -Acoperire hidrofilică. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii -Diametru stent: 2,25-4,0 mm -Lungimi stent : 9– 40 mm Cateter ghid: 5 F (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire -Material stent: Cobalt crom L605. - Substanta activa: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 µgm /mm². (pagina 6) -Profil foarte subțire: 60 µg la stenturi cu diametrul <3 mm. -Lungime shaft obligatorii: 140cm . (pagina 6) -Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. - Material balon: Semi cristalin polimer. -Acoperire hidrofilică. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii -Diametru stent: 2,25-4,0 mm -Lungimi stent : 9– 40 mm (pagina 6) Cateter ghid: 5 F (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	DM000451717 DM000451687 DM000451682 DM000451718 DM000451713 DM000451704 DM000451707 DM000451690 DM000451688 DM000451689 DM000451714 DM000451708 DM000451685 DM000451673 DM000451711 DM000451665 DM000451699 DM000451692 DM000451667 DM000451712 DM000451670 DM000451700 DM000451703 DM000451671 DM000451681 DM000451698 DM000451680 DM000451683 DM000451710 DM000451705 DM000451668 DM000451697 DM000451691 DM000451715 DM000451675 DM000451694 DM000451695 DM000451679 DM000451678 DM000451666 DM000451693 DM000451672 DM000451684 DM000451701 DM000451669 DM000451716 DM000451677 DM000451706 DM000451676 DM000451709 DM000451674
33100 000-1	35	Filtru distal pentru protecție embolică	Filtru distal pentru protecție embolică	ANGIOGUARD™ RX EMBOLIC PROTECTION DEVICE (EPD) 701814RE, 501814RE, 601814RE, 801814RE	SUA	Cordis	Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat de 180 cm • 4 markeri radioopaci • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7. 8 mm • filtru cu pori de 100µ • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F	Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat de 180 cm (pagina 5 angioguard-catalog) • 4 markeri radioopaci • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7. 8 mm (pagina 7 broșura) • filtru cu pori de 100µ (pagina 5 broșura) • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F(pagina 5)	DM000620750, DM000620748, DM000620751, DM000620749,
33100 000-1	36	Sistem de protecție embolică	Sistem de protecție embolică	FILTERWIRE EZ™ EMBOLIC PROTECTION SYSTEMS H749201051900 H749201005300	SUA	Boston Scientific	Prefiltrul uniform de minm 110 microni conceput pentru a permite fluxul continuu de sânge în timp ce se menține eficiența captării embolice. Bucla de filtru destinată pentru o apozitie de 360° în anatomie dreaptă sau tortuoasă, Vârf și buclă radiopacă. Compatibilitate cu cate-ghid de 6F Suprafața ghidului cu PTFE de 0.014” Profil de trecere: 3.2 F (1.1 mm, 0.042”) Profil de recuperare : 4.3 F / 0.056 inch/ 1.42 mm Diametrul vasului de referință : 3.5 mm – 5.5 mm	Prefiltrul uniform de minm 110 microni conceput pentru a permite fluxul continuu de sânge în timp ce se menține eficiența captării embolice. Bucla de filtru destinată pentru o apozitie de 360° în anatomie dreaptă sau tortuoasă, Vârf și buclă radiopacă. Compatibilitate cu cate-ghid de 6F Suprafața ghidului cu PTFE de 0.014” Profil de trecere: 3.2 F (1.1 mm, 0.042”) Profil de recuperare : 4.3 F / 0.056 inch/ 1.42 mm Diametrul vasului de referință : 3.5 mm – 5.5 mm	DM000372895, DM000372896

33100 000-1	37	Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	SYNERGY™ XD H7493941708220 - xxxx - H7493941732500 (toate diametre din broșura)	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)] polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singurare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimerMaterial Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)] polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singurare. Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM0000373006, DM0000373029, DM0000373026 DM0000373032, DM0000372999, DM0000372995 DM0000373045, DM0000373041, DM0000373044 DM0000373008, M000373015, DM0000373051 DM0000373023, DM0000372992, DM0000372991 DM0000373049, DM0000373010, DM0000373007 DM0000373019, DM0000373048, DM0000373042 DM0000373018, DM0000373000, DM0000373013, DM0000373014, DM0000373012, DM0000373047, DM0000373054, DM0000372996, DM0000373053, DM0000373038, DM0000373022, DM0000373002, DM0000373046, DM0000373028, DM0000373017, DM0000373027, DM0000373009, DM0000373031, DM0000373020, DM0000373039, DM0000373037 DM0000373025, DM0000373005, DM0000373011 DM0000373034, DM0000373016, DM0000373035 DM0000373036, DM0000373052, DM0000372997 DM0000373003, DM0000373033, DM0000373050 DM0000373001, DM0000373043, DM0000372990 DM0000373030, DM0000373004, DM0000372998, DM0000373024, DM0000373021, DM0000372994 DM0000373040, DM0000372993
33100 000-1	38	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională	BYCROSS BC213-50 BC213-70 BC213-95	Israel	TARYAG Plusmedica	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională disponibil în 3 lungimi diferite : 50, 70 și 95 cm. Compatibil cu ghid: ≤ 0.035" Compatibil cu teacă: ≥ 6F Dispozitiv de unică folosință alimentat de baterii fără necesitatea unei console suplimentare, cateterul este coaxial cu arbore rotativ și o aripă de tăiere extensibilă. Dispozitivul poate fi utilizat și fără trecerea ghidului prin ocluzie. Dispozitivul este indicat pentru tratarea vaselor periferice , a arterelor native, a ocluziei în stent și a ocluziei grefelor.	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională disponibil în 3 lungimi diferite : 50, 70 și 95 cm. Compatibil cu ghid: ≤ 0.035" Compatibil cu teacă: ≥ 6F Dispozitiv de unică folosință alimentat de baterii fără necesitatea unei console suplimentare, cateterul este coaxial cu arbore rotativ și o aripă de tăiere extensibilă. Dispozitivul poate fi utilizat și fără trecerea ghidului prin ocluzie. Dispozitivul este indicat pentru tratarea vaselor periferice , a arterelor native, a ocluziei în stent și a ocluziei grefelor.	DM000821354 DM000821353 DM000821349
33100 000-1	39	Teaca ghid scurt	Teaca ghid scurt	VISTA Brite 670-280-55, 778-280-55 588-843P, 598-943P 670-280-90, 778-280-90, 588- 844P, 598-944P, 670-270-55, 588-840P, 670-270-90, 778-270-90 588-842P, 598-942P, 588-8206*, 588-8207* 598- 9206, 670-278-55, 778-278-55, 588- 841P 670-210-55, 778-210-55, 588- 845P, 670-212-55, 778-212-55, 588-846P, 670-082-55, 670-190- 55, 670-214-55, 778-214-55, 778- 216-90, 588-847P, 778-222-55, 588-857P, 778-224-55, 588- 858P*, 588-8202*	SUA	Cordis	Teaca ghid scurt Vârf flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea din oțel inoxidabil încorporat și amestec optim de nailon durabil, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. radiopacitate sportă, Segment de aliniere coaxială Forme: STR, MPA, MPC, MPD, HS, RDC, J, JR, IM, VTBL, Contra, H Diametre interne obligatorii: 6 Fr - 0,070"; 7 Fr - 0,078-0,080"; 8 Fr - 0,088-0,090". 9Fr - 0,098" Lungime obligatorii: 55cm, 90 cm sau 95	Teaca ghid scurt Vârf flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea din oțel inoxidabil încorporat și amestec optim de nailon durabil, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. radiopacitate sportă, Segment de aliniere coaxială Forme: STR, MPA, MPC, MPD, HS, RDC, J, JR, IM, VTBL, Contra, H Diametre interne obligatorii: 6 Fr - 0,070"; 7 Fr - 0,078-0,080"; 8 Fr - 0,088-0,090". 9Fr - 0,098" Lungime obligatorii: 55cm, 90 cm sau 95	DM000618525, DM000618526, DM000618517, DM000618516, DM000618520, DM000618522. DM000618510, DM000618511, DM000618472, DM000618506, DM000618512, DM000618610, DM000618609, DM000618601. DM000618605, DM000618593, DM000618592, DM000618594, DM000618595, DM000618596, DM000618597, DM000618670, DM000618674, DM0000195728, DM000618671, DM000618670, DM000618676, DM000618677, DM000618678, DM000618680, DM000618681, DM000618665

33100 000-1	41	Balon OTW pentru proceduri periferice	Balon OTW pentru proceduri periferice	Sterling™ OTW Balloon Catheter H74939148401510 H74939032200290 H74939032200210 H74939032200390 H74939032200310 H74939032200490 H74939032200410 H74939032200690 H74939032200610 H74939032250290 H74939032250210 H74939032250390 H74939032250310 H74939032250490 H74939032250410 H74939032250690 H74939032250610 H74939032300290 H74939032300210 H74939032300390 H74939032300310 H74939032300490 H74939032300410 H74939032300690 H74939032300610 H74939032350290 H74939032350210 H74939032350390 H74939032350310 H74939032350490 H74939032350410 H74939032350690 H74939032350610 H74939032601290 H74939032601210 H74939032601590 H74939032601510 H74939032602090 H74939032602010 H74939032602290 H74939032602210 H74939032501290 H74939032501210 H74939032501590 H74939032501510 H74939032502090 H74939032502110 H74939032701010 H74939032701290 H74939032701210 H74939032701590 H74939032701510 H74939032702090 H74939032702110 si Sterling™ SL OTW Balloon Catheter H74939148208090 H74939148208010 H74939148201090 H74939148201010 H74939148201290 H74939148201210 H74939148201590 H74939148201510 H74939148258090 H74939148258010 H74939148251090 H74939148251010 H74939148251290 H74939148251210 H74939148251590 H74939148251510 H74939148308090 H74939148308010 H74939148301090 H74939148301010 H74939148301290 H74939148301210 H74939148301590 H74939148301510 H74939148358090 H74939148358010 H74939148351090 H74939148351010 H74939148351290 H74939148351210 H74939148351590 H74939148351510 H74939148408010 H74939148401010 H74939148401290 H74939148401210 H74939148401590 H74939148401510	SUA	Boston Scientific	Balon periferic OTW recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliac, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 90 cm si 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilica: 31 cm. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	Balon periferic OTW recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliac, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 90 cm si 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilica: 31 cm. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	DM000815627 DM000815451 DM000815629 DM000815634 DM000815441 DM000815625 DM000815631 DM000815453 DM000815443 DM000815447 DM000815616 DM000815628 DM000815446 DM000815440 DM000815633 DM000815618 DM000815454 DM000815619 DM000815623 DM000815457 DM000815621 DM000815442 DM000815449 DM000815444 DM000815620 DM000815626 DM000815624 DM000815456 DM000815452 DM000815445 DM000815450 DM000815455 DM000815448 DM000815630 DM000815439 DM000815617 DM000815622 DM000815213 DM000815149 DM000815295 DM000815188 DM000815287 DM000815192 DM000815211 DM000815186 DM000815374 DM000815145 DM000815250 DM000815205 DM000815218 DM000815233 DM000815197 DM000815158 DM000815172 DM000815156 DM000815325 DM000815209 DM000815166 DM000815377 DM000815165 DM000815272 DM000815152 DM000815143 DM000815254 DM000815285 DM000815220 DM000815286 DM000815253 DM000815199 DM000815294 DM000815212 DM000815157 DM000815271 DM000815195 DM000815288 DM000815161 DM000815187 DM000815258 DM000815174 DM000815169 DM000815234 DM000815207 DM000815370
----------------	----	--	--	---	-----	----------------------	---	---	--

33100 000-1	51	Cateter pentru trombaspiratie	Cateter pentru trombaspiratie	Asap catheter ASAP100	SUA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârf cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime utilă 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	Cerinte obligatorii fixe: Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârf cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: Dimensiuni obligatorii Lungime utilă 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	DM000316348
----------------	----	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----	------------------	--	--	-------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ostapciuc Alexandr Adresa: com.Stauceni