

Specificații tehnice								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771577158015								
Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente medicale								
Autoritatea contractantă: IMSP SR Ungheni								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.1		Dulap medical cu doua uși	MD2 1780/SG	Rusia	НПО ИПОМЕТ	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Partea superioară: Sticlă securizată (de obicei 4-5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 20-30 kg per raft (în funcție de materialul și grosimea rafturilor). Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietore pentru siguranță suplimentară Culoare: Alb, gri sau alte culori medicale standard. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm ; Lățime: 800 mm ; Înălțime 1800 mm . Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Partea superioară: Sticlă securizată (5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 3 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raftul de metal și 10 kg pe raftul din sticlă Tip de închidere: Uși cu închidere cu cheie pentru siguranță suplimentară Culoare: Alb medicale standard. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Declaratia de conformitate, RU
2.1		Masa pentru instrumente	MI-2PI	Moldova	Optimatcons SRL	Măsuță chirurgicală, destinată plasării instrumentelor medicale în timpul intervențiilor operatorii. Cerințe generale •Masă nouă, conform standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. •Construcție robustă, stabilă, ușor de igienizat. •Garanție minim 24 luni. Cerințe tehnice minime •Înălțime: aproximativ 85 cm (±5 cm). •Polițe: două polițe din inox, rezistente la coroziune și ușor de curățat. •Carcasă: sudată, realizată din inox sau din oțel vopsit cu vopsea albă epoxidică, rezistentă la dezinfectanți. •Structură: stabilă, cu colțuri rotunjite pentru siguranță. •Capacitate de încărcare: ≥15kg pentru fiecare poliță. •Roți: silențioase, cu diametru Ø125 mm sau mai mare, dotate cu sistem de frânare pe cel puțin două roți. Siguranță și conformitate •Respectarea standardelor ISO pentru echipamente medicale. •Materialele utilizate trebuie să fie conforme cu normele sanitare și rezistente la substanțe dezinfectante. •Certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate •Livrare și montaj la sediul beneficiarului. •Înstruirea personalului privind utilizarea și întreținerea mesei	Măsuță chirurgicală, destinată plasării instrumentelor medicale în timpul intervențiilor operatorii. Cerințe generale •Masă nouă, conform standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. •Construcție robustă, stabilă, ușor de igienizat. •Garanție 24 luni. Cerințe tehnice minime •Înălțime: 87 cm . •Polițe: două polițe din inox, rezistente la coroziune și ușor de curățat. •Carcasă: sudată, realizată din inox sau din oțel vopsit cu vopsea albă epoxidică, rezistentă la dezinfectanți. •Structură: stabilă, cu colțuri rotunjite pentru siguranță. •Capacitate de încărcare: ≥15kg pentru fiecare poliță. •Roți: silențioase, cu diametru Ø100 mm Siguranță și conformitate •Respectarea standardelor ISO pentru echipamente medicale. •Materialele utilizate trebuie să fie conforme cu normele sanitare și rezistente la substanțe dezinfectante. •Certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate •Livrare și montaj la sediul beneficiarului. •Înstruirea personalului privind utilizarea și întreținerea mesei.	Declaratia de conformitate DM000639560

2.2		Masa pentru manipulări cu doua polite	CMMH-11	Rusia	Oka-Medic	Masă pentru manipularea instrumentelor și materialelor medicale, destinată utilizării în secțiile medicale și laboratoare. Cerințe generale •Masă nouă, conform standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. •Construcție robustă, stabilă, ușor de igienizat. •Garanție minim 24 luni. Cerințe tehnice minime •Înălțime: aproximativ 85 cm (±5 cm). •Polițe: două polițe din inox, rezistente la coroziune și ușor de curățat. •Sertare: două sertare integrate, cu sistem de glisare ușor și rezistent. •Carcasă: sudată, realizată din inox sau din oțel vopsit cu vopsea albă epoxidică, rezistentă la dezinfectanți. •Structură: stabilă, cu colțuri rotunjite pentru siguranță. •Roți: silențioase, cu diametru Ø125 mm sau mai mare, dotate cu sistem de frânare pe cel puțin două roți. •Capacitate de încărcare: ≥15kg pentru fiecare poliță. Siguranță și conformitate •Respectarea standardelor ISO pentru echipamente medicale. •Materialele utilizate trebuie să fie conforme cu normele sanitare și rezistente la substanțe dezinfectante. •Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate •Livrare și montaj la sediul beneficiarului. •Întreținerea personalului privind utilizarea și întreținerea mesei.	Masă pentru manipularea instrumentelor și materialelor medicale, destinată utilizării în secțiile medicale și laboratoare. Cerințe generale •Masă nouă, conform standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. •Construcție robustă, stabilă, ușor de igienizat. •Garanție minim 24 luni. Cerințe tehnice minime •Înălțime: aproximativ 72 cm (±10 cm). •Polițe: două polițe din inox, rezistente la coroziune și ușor de curățat. •Sertare: două sertare integrate, cu sistem de glisare ușor și rezistent. •Carcasă: sudată, realizată din inox sau din oțel vopsit cu vopsea albă epoxidică, rezistentă la dezinfectanți. •Structură: stabilă, cu colțuri rotunjite pentru siguranță. •Roți: silențioase, cu diametru Ø100 mm •Capacitate de încărcare: 15kg pentru fiecare poliță. Siguranță și conformitate •Respectarea standardelor ISO pentru echipamente medicale. •Materialele utilizate trebuie să fie conforme cu normele sanitare și rezistente la substanțe dezinfectante. •Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate •Livrare și montaj la sediul beneficiarului. •Înstruirea personalului privind utilizarea și întreținerea mesei.	Declaratia de conformitate, RU
3.1	33100000-1	Pat de spital	JL 636	China	JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO.,LTD.	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime •Lungime totală: 2100 mm (±50 mm) •Lățime totală: 970 mm (±30 mm) •Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm •Lungime interioară: 1970 mm (±30 mm) •Lățime interioară: 840 mm (±20 mm) •Înălțime saltea: minimum 7 cm •Reglaj electric cu trei funcții: - oSecțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° (±5) - oSecțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° (±5) - oReglaj înălțime pat: 520–760 mm •Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat. •Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. •Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos. •Roți silențioase de minimum Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. •Sarcină maximă suportată: ≥ 250 kg. Siguranță și conformitate •Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. •Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate •Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. •Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. •Garanție minim 24 luni.	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime •Lungime totală: 2100 mm •Lățime totală: 970 mm •Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm •Lungime interioară: 1970 mm •Lățime interioară: 840 mm •Înălțime saltea: 7 cm •Reglaj electric cu trei funcții: - oSecțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° - oSecțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° - oReglaj înălțime pat: 520–760 mm •Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat. •Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. •Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos. •Roți silențioase de Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. •Sarcină maximă suportată: 250 kg. Siguranță și conformitate •Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. •Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate •Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. •Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. •Garanție minim 24 luni.	Declaratie de conformitate DM000684813

4.1	Noptiera de spital	CEY02	Turcia	MEDICAL 2000	Achiziționarea unei noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. •Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. •Roți pivotante, minim 2 cu frână, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. •Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. •Două rafturi pentru depozitare liberă. •Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. •Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. •Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate •Lungime totală: 59 cm •Adâncime totală: 44 cm •Înălțime: 86 cm •Lățime masa de servit la pat: 40 cm •Lungime masa de servit la pat: 58 cm •Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm •Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia •Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. •Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. •Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgâriaie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. •Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. •Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. Condiții de livrare, montaj și verificare •Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). •Garanție minimă: 24 luni . Alte cerințe obligatorii •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). •Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. •Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme	Achiziționarea unei noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. da •Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. •Roți pivotante, 2 cu frână, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. •Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. •Două rafturi pentru depozitare liberă. •Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. •Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. •Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate •Lungime totală: 59 cm •Adâncime totală: 44,5 cm •Înălțime: 86 cm •Lățime masa de servit la pat: 40 cm •Lungime masa de servit la pat: 58 cm •Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm •Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia •Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. •Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. •Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgâriaie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. •Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. da •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. da •Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. Condiții de livrare, montaj și verificare •Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). •Garanție minimă: 24 luni . Alte cerințe obligatorii •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). •Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. •Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la	CE
-----	--------------------	-------	--------	-----------------	---	--	----

5.1		Brancarda medicala	OM1418	Turcia	OMMED SAGLIK URUNLERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. Brancardă medicală destinată utilizării în unități sanitare, pentru transportul și manevrarea pacienților în condiții de siguranță și confort. Caracteristici tehnice minime: •Dimensiuni generale: 190 × 60 × 95 cm. •Structură: cadru realizat din tub de oțel vopsit, rezistent la uzură și coroziune. •Platformă: -din două secțiuni; -secțiunea cefalică reglabilă, în minim 10 poziții; -secțiunea inferioară fixă. •Mânere: ergonomice prevăzute pentru împingere și tragere. •Roți: -patru roți silențioase, cu diametru ≥200 mm; -minimum două roți dotate cu sistem de frânare. •Protecție: colțuri prevăzute cu elemente de protecție contra loviturilor. •Accesorii incluse: suport perfuzie, grile laterale de protecție, saltea. •Optional: targă detașabilă Condiții de livrare și instalare: •Livrarea se va face la sediul beneficiarului, cu montaj și instruirea personalului pentru utilizare. Cerințe de conformitate: •Produsul trebuie să fie conform standardelor europene aplicabile pentru dispozitive medicale de tip brancardă. •Declarație de conformitate CE și certificat de calitate emis de producător. Alte cerințe obligatorii: •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale.	Brancardă medicală destinată utilizării în unități sanitare, pentru transportul și manevrarea pacienților în condiții de siguranță și confort. Caracteristici tehnice : •Dimensiuni generale: 190 × 60 × 90 cm. •Structură: cadru realizat din tub de oțel vopsit, rezistent la uzură și coroziune. •Platformă: -din două secțiuni; -secțiunea cefalică reglabilă, în minim 10 poziții; -secțiunea inferioară fixă. •Mânere: ergonomice prevăzute pentru împingere și tragere. da •Roți: -patru roți silențioase, cu diametru 150 mm; -minimum două roți dotate cu sistem de frânare. da •Protecție: colțuri prevăzute cu elemente de protecție contra loviturilor. da •Accesorii incluse: suport perfuzie, grile laterale de protecție, saltea. da •Optional: targă detașabilă da Condiții de livrare și instalare: •Livrarea se va face la sediul beneficiarului, cu montaj și instruirea personalului pentru utilizare. Cerințe de conformitate: •Produsul trebuie să fie conform standardelor europene aplicabile pentru dispozitive medicale de tip brancardă. •Declarație de conformitate CE și certificat de calitate emis de producător. Alte cerințe obligatorii: •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale.	CE	DM000268808
Numele, Prenumele Stela POTINGA			În calitate de: Administrator					
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								