

**Certificat de calitate №1782 din 04.12.2023  
valabil pina la 31.12.2024  
pentru oxigen medical in stare gazoasa  
GOST 5583-78**

**Beneficiarul:** CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**Numarul de butelii 400 (2 lit)**

| <b>№</b> | <b>Denumirea indicatorilor</b>                         | <b>Document normativ<br/>GOST 5583-78</b> | <b>Rezultatele<br/>analizei</b> |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Concentratia de O <sub>2</sub> , in %, nu mai putin de | 99.5                                      | 99.91                           |
| <b>2</b> | Concentratia vaporilor de apa, in %, nu mai mult de    | 0.009                                     | 0.007                           |
| <b>3</b> | Concentratia de H <sub>2</sub> , in %, nu mai mult de  | nu se testeaza                            | -                               |
| <b>4</b> | Concentratia de CO <sub>2</sub> , nu mai mare          | 0.01                                      | 0.003                           |
| <b>5</b> | Continutul de CO                                       | retinut conform aliniatului 3.6           | retinut                         |
| <b>6</b> | Continutul de acizi                                    | retinut conform aliniatului 3.7           | retinut                         |
| <b>7</b> | Continutul de O <sub>3</sub> si alte gaze oxidante     | retinut conform aliniatului 3.8           | retinut                         |
| <b>8</b> | Continutul de baze                                     | nu se testeaza                            | -                               |
| <b>9</b> | Prezenta mirosului                                     | absent                                    | abs                             |

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78**

**Inginer superior,**

**Bulban V.**

